

**COMPARAISON DES MÉTHODES ECSOTE ET GOULDEN D'EXTRACTION DES
BPC, DES HAP, DES DIOXINES ET DES FURANES CHLORÉS DANS L'EAU DE
SURFACE ET DES EFFLUENTS DE STATIONS D'ÉPURATION MUNICIPALES**

Septembre 2006

*Développement durable,
Environnement
et Parcs*

Québec 

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2006

ISBN-13 : 978-2-550-47773-0 (PDF)

ISBN-10 : 2-550-47773-1 (PDF)

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Auteurs :	Denis Laliberté ¹ et Nathalie Mercier ¹
Révision scientifique :	Sylvie Cloutier ¹ François Messier ²
Analyses chimiques :	Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec ²
Échantillonnage :	Jean-Philippe Baillargeon ¹ Christine Fillion ¹ René Therreault ¹
Graphisme et cartographie :	Francine Matte-Savard ¹ Mona Frenette ¹
Mise en page :	Lyne Martineau ¹

¹ Direction du suivi de l'état de l'environnement, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, édifice Marie-Guyart, 675, boulevard René-Lévesque Est, 7^e étage, Québec (Québec) G1R 5V7.

² Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 850, boulevard Vanier, Laval (Québec) H7C 2M7.

COMPARAISON DES MÉTHODES ECSOTE ET GOULDEN D'EXTRACTION DES BPC, DES HAP, DES DIOXINES ET DES FURANES CHLORÉS DANS L'EAU DE SURFACE ET DES EFFLUENTS DE STATIONS D'ÉPURATION MUNICIPALES

Référence : LALIBERTÉ, D. et N. MERCIER, 2006. *Comparaison des méthodes ECSOTE et Goulden d'extraction des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes chlorés dans l'eau de surface et des effluents de stations d'épuration municipales*, Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l'état de l'environnement, ISBN-13 : 978-2-550-47773-0 (PDF), ISBN-10 : 2-550-47773-1 (PDF), 22 p. et 8 annexes.

Mots clés : BPC, contaminants, dioxines, eau, échantillonnage intégré, échantillonneur, furanes, grand volume, HAP, substances toxiques, ultra-traces, Yamaska.

RÉSUMÉ

Depuis quelques années, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) travaille à concevoir un appareil permettant l'*échantillonnage et la concentration in situ des substances organiques toxiques présentes dans l'eau de surface* (ECSOTE), selon un échantillonnage intégré sur de longues périodes. Cet appareil, appelé ECSOTE, est une nouvelle version d'un prototype initialement conçu en collaboration avec le département de chimie de l'Université Laval. La technique est basée sur le principe de l'extraction liquide-liquide en continu au moyen d'un solvant, le dichlorométhane. Le processus, automatisé, est contrôlé par un ordinateur. L'échantillonnage de l'eau est réalisé *in situ* aux stations de traitement d'eau à partir du tuyau d'amenée de l'eau brute.

L'ECSOTE a été comparé avec l'extracteur Goulden employé par le Ministère : une méthode d'extraction qui utilise de grands volumes d'eau prélevés ponctuellement. Les essais ont été réalisés avec des eaux usées provenant de cinq stations d'épuration municipales et avec l'eau de surface de la rivière Yamaska.

Les résultats ont montré que dans le cas des échantillons d'eau de surface, l'ECSOTE donne des valeurs comparables à celles obtenues avec l'extracteur Goulden relativement aux biphenyles polychlorés (BPC), aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), aux dioxines et aux furanes chlorés. Dans le cas des échantillons d'eaux usées, les résultats relatifs aux BPC sont comparables, alors que les résultats relatifs aux HAP, aux dioxines et aux furanes chlorés sont du même ordre, mais présentent plus de variabilité. L'ECSOTE s'est révélé très efficace pour l'extraction et la concentration des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes chlorés dans l'eau de surface et dans les effluents municipaux.

Les résultats obtenus avec l'ECSOTE permettent d'assurer le suivi de l'évolution temporelle des concentrations de plusieurs groupes de substances organiques chlorées et de calculer les charges moyennes transportées par les rivières. Comparativement à l'échantillonnage ponctuel, l'ECSOTE permet d'accroître la représentativité des mesures par le prélèvement d'échantillons intégrés, tout en réduisant le nombre d'échantillons à analyser. Par rapport à la méthode utilisant l'extracteur Goulden, la méthode utilisant l'ECSOTE, qui réalise l'extraction *in situ*, permet de réduire de moitié les temps d'analyse en laboratoire.

TABLE DES MATIÈRES

Équipe de travail	iii
Résumé	iv
Table des matières	v
Liste des tableaux	vi
Liste des figures	vi
Liste des annexes	vi
INTRODUCTION	1
MÉTHODOLOGIE	3
Stations et période d'échantillonnage.....	3
Description des méthodes Goulden et ECSOTE.....	3
<i>Méthode Goulden</i>	3
<i>Méthode ECSOTE</i>	3
Sommaire.....	4
Prélèvement des échantillons.....	5
Extraction.....	5
Étanchéité du système.....	5
Distillation du dichlorométhane.....	6
Méthodes analytiques.....	6
<i>Méthode d'analyse</i>	6
Contrôle de qualité.....	8
<i>Méthode Goulden</i>	8
Préparation des blancs Goulden.....	8
<i>Méthode ECSOTE</i>	8
Extraction en milieu acide.....	8
Préparation des blancs ECSOTE.....	8
Récupération des étalons de recouvrement.....	9
Résultats des blancs et des échantillons.....	9
Contamination des échantillons.....	9
Traitement statistique.....	10
RÉSULTATS	11
Comparaisons ECSOTE versus Goulden.....	11
<i>Biphényles polychlorés (BPC)</i>	12
<i>Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)</i>	13
<i>Dioxines et furanes chlorés</i>	15
CONCLUSION	20
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	21

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1a	Comparaison des BPC totaux (pg/l) présents dans les eaux usées de stations d'épuration municipales selon les méthodes Goulden et ECSOTE.....	12
Tableau 1b	Comparaison des BPC totaux (pg/l) présents dans l'eau de surface de la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe selon les méthodes Goulden et ECSOTE .	12
Tableau 2a	Comparaison des HAP du groupe 1 et des HAP totaux (ng/l) présents dans les eaux usées de stations d'épuration municipales selon les méthodes Goulden et ECSOTE.....	14
Tableau 2b	Comparaison des HAP du groupe 1 et des HAP totaux (ng/l) présents dans l'eau de surface de la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe selon les méthodes Goulden et ECSOTE.....	14
Tableau 3	Facteurs d'équivalence des dioxines et des furanes chlorés	16
Tableau 4a	Comparaison des dioxines et des furanes chlorés (pg/l) présents dans les eaux usées de stations d'épuration municipales selon les méthodes Goulden et ECSOTE	16
Tableau 4b	Comparaison des dioxines et des furanes chlorés (pg/l) présents dans l'eau de surface de la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe selon les méthodes Goulden et ECSOTE.....	17

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Schéma de l'échantillonneur concentrateur des substances organiques toxiques dans l'eau (ECSOTE).....	4
----------	---	---

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1	Limites de détection (pg/l) des substances analysées de mai 1999 à janvier 2001
Annexe 2a	Concentrations des BPC (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales
Annexe 2b	Concentrations des BPC selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales

-
- Annexe 3a Concentrations des BPC (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001
- Annexe 3b Concentrations des BPC selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001
- Annexe 4a Concentrations des HAP (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales
- Annexe 4b Concentrations des HAP selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales
- Annexe 5a Concentrations des HAP (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001
- Annexe 5b Concentrations des HAP selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001
- Annexe 6a Concentrations des dioxines et des furanes chlorés (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales
- Annexe 6b Concentrations des dioxines et des furanes chlorés selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales
- Annexe 7a Concentrations des dioxines et des furanes chlorés (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001
- Annexe 7b Concentrations des dioxines et des furanes chlorés selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001
- Annexe 8 Résultats d'analyses des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes chlorés dans des échantillons d'eau de surface prélevés en duplicata dans des rivières du Québec
-

INTRODUCTION

Dans l'eau de surface, les substances toxiques organiques sont habituellement présentes en très faibles concentrations, soit à l'état de traces et d'ultra-traces. Il devient donc difficile, voire impossible de les doser, étant donné les limites de détection et les risques de contamination de l'échantillon. Pour faire le suivi de la contamination des cours d'eau, il faut pouvoir déterminer la concentration de ces substances et obtenir des données de qualité, d'où la nécessité d'augmenter la sensibilité des méthodes d'analyse. L'échantillonnage à grand volume, l'extraction et la concentration des échantillons (Goulden et Anthony, 1985) de même que des principes d'échantillonnage en milieu propre permettent de travailler à l'abri des contaminations ambiantes (Cossa *et al.*, 1996). Ces techniques ont permis d'abaisser les limites de détection et de mettre en évidence la présence de substances rarement quantifiées auparavant dans l'eau de surface, notamment les biphényles polychlorés (BPC), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines et les furanes chlorés.

L'extracteur à grand volume Goulden permet de détecter des contaminants organiques à l'état de traces et d'ultra-traces. Cet extracteur a été utilisé dans le cadre de plusieurs études sur les contaminants organiques (Cossa *et al.*, 1998; Lapierre, 1999; ministère de l'Environnement du Québec et Environnement Canada, 2001; Bleau, 2002; Muyltermans, 2002). Toutefois, l'échantillon prélevé constitue une mesure instantanée de la concentration des contaminants. Comme les concentrations des contaminants varient dans le temps, l'échantillonnage ponctuel trace un portrait à court terme de la situation. Si l'on veut suivre l'évolution temporelle, il est donc nécessaire de prélever plusieurs échantillons sur de longues périodes, ce qui implique des analyses supplémentaires. Pour remédier à ces inconvénients, certains appareils ont été conçus de façon à permettre l'échantillonnage intégré sur de longues périodes. Le CLEOR (concentrateur liquide extracteur organique), mis au point en France, en est un (Morlot *et al.*, 1996). Toutefois cet appareil n'est pas autonome et nécessite la présence d'un technicien en permanence.

En 1996, le ministère de l'Environnement du Québec, en collaboration avec le département de chimie de l'Université Laval, a travaillé à la mise au point d'un prototype d'échantillonneur concentrateur pour les substances organiques toxiques. Lors des essais, ce prototype a montré des lacunes de fonctionnement importantes associées à la présence des matières en suspension dans l'eau. Pour remédier à ces problèmes, une nouvelle version a été conçue par le Ministère et elle a été mise à l'essai en 1999. Cet appareil, nommé ECSOTE (échantillonneur concentrateur des substances organiques toxiques dans l'eau), permet de prélever des échantillons d'eau de surface, d'extraire et de concentrer les substances organiques toxiques, telles que les BPC, les HAP, les dioxines et les furanes chlorés, présentes dans ces échantillons, et ce, de manière automatisée. Les prélèvements sont effectués à une fréquence et pour une période prédéterminées. La technique est basée sur le principe de l'extraction liquide-liquide en continu, soit l'extraction des composés organiques présents dans l'eau au moyen d'un solvant, le dichlorométhane. L'ajout de dichlorométhane à l'échantillon, immédiatement après le prélèvement, permet la conservation des composés à analyser et aussi l'échantillonnage intégré sur de longues périodes.

L'appareil avait été conçu de façon à permettre de mesurer des substances toxiques organiques présentes à l'état de traces dans l'eau, de suivre l'évolution temporelle de leur concentration dans

l'eau des rivières et, éventuellement, de calculer les bilans massiques de ces contaminants. Il devait également permettre de réduire le nombre d'échantillons à analyser, tout en augmentant la représentativité des échantillons prélevés, ainsi que de réduire le temps des analyses en laboratoire.

L'objectif de la présente étude était :

- de comparer l'efficacité de l'ECSOTE pour l'extraction des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes chlorés dans l'eau de surface et dans les eaux usées avec celle de l'extracteur à grand volume Goulden, utilisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour l'extraction d'échantillons d'eau prélevés de manière ponctuelle.

MÉTHODOLOGIE

Stations et période d'échantillonnage

De mai 1999 à janvier 2001, cinq échantillons de 17,85 litres d'eau de surface (en duplicata) ont été prélevés dans l'eau brute à l'usine de traitement d'eau de la Ville de Saint-Hyacinthe. De mai à juillet 1999, cinq échantillons d'eaux usées (en duplicata) ont été recueillis à cinq stations d'épuration municipales, soit Martinville, Cookshire, Farnham, La Prairie et la Communauté urbaine de Québec (CUQ). L'échantillonnage des stations d'épuration municipales a été réalisé dans le cadre du projet *Évaluation du potentiel toxique des effluents des stations d'épuration municipales du Québec* (ministère de l'Environnement du Québec et Environnement Canada, 2001). Aux stations d'épuration de Martinville et de Cookshire, les échantillons ont été recueillis de façon instantanée, alors qu'aux stations d'épuration de Farnham, de La Prairie et de la CUQ, des échantillons composés sur une période de 24 heures ont été prélevés à l'aide d'échantillonneurs automatiques portatifs. Les échantillons ont été prélevés dans un récipient en acier inoxydable de 20 litres, préalablement conditionné aux solvants organiques (Cossa *et al.*, 1996). Ils ont été extraits en laboratoire à l'aide de l'extracteur à grand volume Goulden et de l'ECSOTE, afin de comparer les deux méthodes.

Description des méthodes Goulden et ECSOTE

Méthode Goulden

Avant de procéder à l'extraction des échantillons d'eau de surface et d'eaux usées, les échantillons sont filtrés sur un filtre de verre de porosité 0,7 µm. Les matières en suspension recueillies par le filtre (phase particulaire) sont extraites au toluène à l'aide d'un extracteur Soxhlet pendant au moins 16 heures. Les filtrats (phase dissoute) sont extraits au dichlorométhane à l'aide d'un extracteur à grand volume Goulden. Le débit de la pompe d'alimentation en eau à l'extracteur est de 475 ml/min et celui de la pompe d'alimentation en solvant est de 10 ml/min; la durée d'extraction d'un échantillon de 17,85 litres est d'environ 38 minutes. Les échantillons sont extraits tels quels sans ajout de solution acide.

Méthode ECSOTE

Les données présentées dans le présent rapport couvrent la période du 13 mai 1999 au 22 janvier 2001. Lors de ces essais, le protocole était légèrement différent de celui utilisé depuis avril 2001 et décrit en détail ci-dessous. Ainsi, le volume d'eau total extrait lors des essais était de 17,85 litres, au lieu de 44 litres par période de 7 jours; les étalons de recouvrement étaient dilués dans 80 ml de méthanol et une petite quantité était alors ajoutée à l'échantillon d'eau au début de chaque cycle avant de débiter l'extraction. Depuis décembre 2000, les étalons de recouvrement avec une petite quantité de méthanol sont ajoutés en une seule opération, avant de débiter l'échantillonnage, dans le ballon de 2 litres contenant 1,7 litre de dichlorométhane, les essais ayant montré que les pertes provenaient principalement des étapes analytiques. Une autre différence concerne la solution acide, laquelle était constituée de HCl (0,75 N) contenant 200 g/l de NaCl dans de l'eau nanopure. Au début de chaque cycle, un volume de 15 ml de cette solution était ajouté à l'échantillon d'eau, avant de commencer l'extraction. Elle a été remplacée par une

Prélèvement des échantillons

Le prélèvement des échantillons débute par l'ouverture d'une valve à trois voies (2) qui permet à l'eau de circuler dans une burette en verre de 100 ml (3). Après un délai de 30 secondes, la valve retourne en position fermée durant 18 secondes et l'eau contenue dans la burette se déverse alors dans une bouteille en verre de 1 litre (4) contenant 200 ml de dichlorométhane, le solvant d'extraction. Les mêmes opérations se répètent deux autres fois, mais avec des temps d'ouverture et de fermeture de la valve de 20 et 18 secondes respectivement, afin de permettre l'ajout de 200 ml d'eau supplémentaire. Après le troisième ajout d'eau, une valve magnétique (5) s'ouvre durant 2 secondes pour permettre d'ajouter 8 ml d'une solution d'acide sulfurique 1,5 N contenue dans un réservoir en verre de 4 litres (6). Ce volume d'acide permet d'abaisser le pH de l'eau à une valeur inférieure à 2. Un dernier ajout de 100 ml d'eau est effectué, durant 20 secondes, par l'ouverture de la valve à trois voies, qui est par la suite fermée pour le reste du cycle. Le volume total de l'échantillon est alors de 400 ml. Cinq secondes après la fermeture de la valve à trois voies, un agitateur magnétique démarre pour une période de 65 minutes afin d'assurer le mélange du CH_2Cl_2 à l'échantillon d'eau et d'assurer l'extraction des composés organiques.

Extraction

Tout au long du cycle, d'une durée de 90 minutes, du CH_2Cl_2 est distillé à partir du ballon de 2 litres (7), condensé dans un réfrigérant (8) et déversé dans la bouteille contenant l'échantillon (4). Le surplus de CH_2Cl_2 ajouté dans la bouteille retourne dans le ballon de 2 litres en entraînant les composés organiques qui étaient présents dans l'eau. En milieu acide ($\text{pH} < 2$), les acides humiques précipitent (De Paolis *et al.*, 1997) et sont entraînés avec l'émulsion formée lors de l'agitation dans le ballon de 2 litres. La période d'agitation est suivie d'une période de repos de 18 minutes, qui permet aux deux phases de se séparer (l'eau en haut et le dichlorométhane en bas) et de distiller suffisamment de CH_2Cl_2 pour atteindre un niveau d'équilibre dans la bouteille de 1 litre. Après ce délai, une valve magnétique (10) s'ouvre durant 2 minutes et l'eau est rejetée dans des contenants en polypropylène (11). La durée totale du cycle est de 90 minutes, après quoi, un nouveau cycle recommence avec le prélèvement et l'extraction d'un deuxième échantillon de 400 ml, pour un total de 110 échantillons de 400 ml (44 litres) prélevés tous les 7 jours.

Une partie du CH_2Cl_2 se solubilise dans l'eau (1,5 % p/v) et cette portion est perdue lorsque l'eau est évacuée. À la fin des 7 jours d'échantillonnage, il reste environ de 800 à 900 ml de CH_2Cl_2 dans le ballon de 2 litres qui contient tous les composés organiques extraits durant la période. Cet extrait est conservé au froid et expédié au laboratoire pour analyse. Habituellement, les extraits de deux semaines consécutives sont combinés afin d'obtenir une concentration moyenne sur deux semaines.

Étanchéité du système

Pour maintenir le système fermé à l'atmosphère, les gaz déplacés par l'entrée de l'échantillon d'eau dans la burette de 100 ml sont dirigés vers un sac en téflon (12) qui se gonfle lors de l'entrée des gaz. Un tube en forme de U (13) et contenant de l'eau assure l'étanchéité du système

en empêchant les gaz de s'échapper. Il permet toutefois au surplus d'eau de la burette de 100 ml de se déverser vers le drain, lors de l'ouverture de la valve à trois voies. Ce tube assure aussi l'évacuation sécuritaire des gaz en excès s'il se produisait une surpression dans le système. La partie supérieure du réfrigérant est également reliée au sac en téflon et aux autres tubulures afin d'assurer l'étanchéité de l'ensemble. L'air qui entre dans le contenant d'acide sulfurique est filtré par un tube avec adsorbant C18 (gel de silice) (14) lors de l'ajout d'acide. À la fin du cycle, une partie des gaz contenus dans le sac en téflon est aspirée par la dépression causée lors de la vidange de l'eau présente dans la bouteille de 1 litre. Ce transfert de gaz permet la vidange de l'échantillon.

Distillation du dichlorométhane

La distillation du CH_2Cl_2 s'effectue en continu et est assurée à partir d'un ballon de 2 litres à fond plat (7), contenant 1,7 litre de CH_2Cl_2 et placé sur une plaque chauffante avec une agitation magnétique. Une barre magnétique (recouverte de téflon) dans le ballon de 2 litres agite constamment le CH_2Cl_2 . Un cercle en verre de 3 mm d'épaisseur sépare le ballon de la plaque chauffante pour éviter la surchauffe. Un cylindre en acier galvanisé (15) à double paroi (isolé avec de la laine de verre), comportant une ouverture de 38 mm de diamètre sur le dessus, est déposé sur le cercle en verre et recouvre le ballon afin d'assurer le maintien uniforme de la température. La température à l'intérieur de l'enceinte est de 50 °C. Les vapeurs de CH_2Cl_2 sont condensées dans un réfrigérant de type Graham (8) au bas duquel un réservoir a été ajouté pour recueillir le CH_2Cl_2 liquide et le diriger par un tuyau en téflon vers la bouteille de 1 litre. Le réfrigérant est refroidi avec l'eau brute circulant dans la conduite d'échantillonnage, ce qui maintient un écoulement constant de l'eau et empêche la sédimentation des particules.

Le surplus de CH_2Cl_2 dans la bouteille de 1 litre retourne dans le ballon de 2 litres par un tube en téflon en forme de U (9). La densité plus élevée du CH_2Cl_2 par rapport à l'eau et la hauteur de la colonne de CH_2Cl_2 présente dans le tube en U empêche l'eau de passer de la bouteille de 1 litre au ballon de 2 litres contenant le CH_2Cl_2 .

Méthodes analytiques

Les extraits obtenus avec l'extracteur Goulden et l'ECSOTE sont analysés selon la même méthode. Les temps d'analyses sont de 31 heures dans le cas de l'extracteur Goulden et de 15 heures dans le cas de l'ECSOTE. Cet écart est attribuable au fait que l'extraction et la concentration des composés organiques par l'ECSOTE sont automatisées et sont réalisées sur le site d'échantillonnage, alors que dans le cas de l'extracteur Goulden, elles ont lieu au laboratoire sous la supervision du personnel de laboratoire.

Méthode d'analyse

Les extraits obtenus dans le dichlorométhane, soit par l'extracteur Goulden soit par l'ECSOTE, sont filtrés puis évaporés et un transfert de solvant pour l'hexane est effectué. Ensuite, l'hexane est évaporé jusqu'à l'obtention d'un volume de 2 ml, dont 1 ml est utilisé pour l'analyse des dioxines, des furanes et des BPC, tandis que le reste sera utilisé ultérieurement pour l'analyse des HAP.

L'analyse des dioxines et des furanes chlorés est effectuée selon le protocole analytique MA. 400–D.F. 1.0 du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ, 2002) et celle des BPC, selon le protocole analytique MA. 400–BPCHR 1.0 (CEAEQ, 2001). La première partie de l'extrait (1 ml) est d'abord purifiée sur une colonne de silice multicouches élué avec 65 ml de CH_2Cl_2 /hexane (2 % CH_2Cl_2). Cette étape est suivie d'une purification sur une colonne d'alumine à trois fractions. L'extrait est élué avec 8 ml de CH_2Cl_2 /hexane (1 % CH_2Cl_2) (fraction F1), puis avec 3 ml de CH_2Cl_2 1 % et 20 ml de CH_2Cl_2 5 % (fraction F2) et finalement avec 25 ml de CH_2Cl_2 50 % (fraction F3). La fraction F1 contient la majorité des congénères de BPC, la fraction F2 contient les congénères de BPC planaires et la fraction F3 contient l'ensemble des congénères de dioxines et de furanes.

La fraction F3 est concentrée et transférée dans un microtube de verre, puis évaporée à sec. Un volume connu d'étalon volumétrique est alors ajouté pour le dosage des dioxines et des furanes, par chromatographie en phase gazeuse à haute résolution couplée à un spectromètre de masse fonctionnant à haute résolution. Les limites de détection des différents congénères de dioxines et de furanes varient de 0,01 à 0,8 pg/l, selon le congénère et l'échantillon (annexe 1).

La fraction F2 contenant les congénères de BPC planaires est concentrée et transférée dans un microtube de verre, puis évaporée à sec et un volume connu d'étalon volumétrique est ajouté avant l'analyse. Les limites de détection des différents congénères de BPC planaires varient de 0,01 à 2 pg/l, selon le congénère et l'échantillon (annexe 1).

Une fois analysés, les congénères de BPC planaires sont combinés à la fraction F1. Cette nouvelle fraction est concentrée et un volume connu d'étalon volumétrique est ajouté pour le dosage des congénères de BPC, selon la méthode MA. 400 – BPCHR 1.0. Les limites de détection des différents congénères de BPC varient selon le congénère et l'échantillon. Elles varient de 0,06 à 40 pg/l, dans le cas des échantillons d'eaux usées, et de 0,01 à 20 pg/l, dans le cas des échantillons d'eau de surface (annexe 1).

La fraction conservée initialement (1 ml) pour l'analyse des HAP est purifiée selon la procédure qui suit (document de référence DR-09-01-CTL-14 : Procédure pour la purification des HAP). Une colonne de silice/alumine 2 : 1 est préparée comme suit : 5 g du mélange silice/alumine 2 : 1 imprégné de 15 à 20 ml d'hexane et 1 cm de sulfate de sodium (Na_2SO_4). La colonne est éluée jusqu'à ce que l'hexane soit au niveau du Na_2SO_4 . L'extrait est ajouté et élué avec 10 ml d'hexane (F1), puis 25 ml de CH_2Cl_2 /hexane 1 : 1 (F2) et finalement 50 ml de CH_2Cl_2 (F3). Les fractions F2 et F3 sont recueillies, concentrées et un volume connu d'étalon volumétrique est ajouté pour le dosage des HAP. Les limites de détection varient selon le composé et l'échantillon. Elles varient de 10 à 60 000 pg/l, dans le cas des échantillons d'eaux usées, et de 1 à 4 000 pg/l, dans le cas des échantillons d'eau de surface (annexe 1).

Contrôle de qualité

Méthode Goulden

Préparation des blancs Goulden

Les blancs de laboratoire sont préparés en ajoutant 250 ml de dichlorométhane dans l'extracteur Goulden. Après une période d'agitation de 30 minutes, le dichlorométhane est recueilli. La fraction contenant le dichlorométhane subit ensuite le même traitement que l'extrait de dichlorométhane provenant de l'échantillon. Un blanc est aussi préparé en procédant à l'extraction d'un filtre avec du toluène à l'aide d'un Soxhlet, pendant au moins 16 heures. Cet extrait subit le même traitement que l'échantillon. La quantité en pg total de chaque substance détectée dans les blancs est soustraite de la quantité mesurée dans l'échantillon, en tenant compte du volume d'eau de l'échantillon.

Méthode ECSOTE

Extraction en milieu acide

Préalablement aux essais de comparaison des méthodes Goulden et ECSOTE, des essais ont été réalisés en milieu acide et en milieu neutre avec l'ECSOTE, afin de vérifier l'efficacité d'extraction. À cette fin, la couleur de l'eau brute a été utilisée comme indicateur. Des mesures de la couleur ont été effectuées de 30 secondes à 75 minutes après le début de l'extraction. Les résultats ont révélé que l'extraction en milieu acide permet de réduire la couleur d'environ 40 %, alors qu'en milieu neutre, il n'y a pas de réduction de la couleur. Cette conclusion a donc orienté le choix de travailler en milieu acide plutôt qu'en milieu neutre, comme dans le cas de la méthode Goulden. En milieu acide, les acides humiques précipitent (De Paolis *et al.*, 1997) et lors de l'extraction avec l'ECSOTE, elles sont entraînées, avec l'émulsion formée lors de l'agitation, dans le ballon de 2 litres où se concentrent les substances organiques.

Préparation des blancs ECSOTE

En 1999 et 2000, les blancs ECSOTE ont été préparés en utilisant 600 ml de dichlorométhane pour extraire un volume total de 5,2, de 6,8 ou de 17,85 litres d'eau nanopure à laquelle on ajoutait, au début de chaque cycle d'extraction de 400 ml, une petite quantité (15 ml) de solution acide chlorhydrique (0,75 N) contenant 200 g/l de NaCl et du méthanol (2 ml) contenant les étalons de recouvrement pour mesurer le pourcentage de récupération. La solution HCl-NaCl était préparée dans de l'eau nanopure et subissait trois extractions successives avec 70 ml de dichlorométhane par 1,5 litre de solution pour enlever les contaminants. Les blancs étaient préparés immédiatement avant l'extraction de l'échantillon. Ces derniers étaient traités de la même manière que les blancs, mais en remplaçant l'eau nanopure par l'échantillon.

Récupération des étalons de recouvrement

Lors des essais réalisés en 1999 selon les méthodes Goulden et ECSOTE, les étalons de recouvrement étaient ajoutés au cours de l'extraction (annexes 2a à 7b). Dans le cas des échantillons d'eau de surface et d'eaux usées, ces essais ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative ($P > 0,05$) entre les deux méthodes quant au pourcentage moyen de récupération des étalons de recouvrement. Les méthodes Goulden et ECSOTE ont donné respectivement des pourcentages moyens de récupération de 67 % et de 72 % pour les BPC, de 75 % et de 75 % pour les HAP ainsi que de 82 % et de 74 % pour les dioxines et les furanes. Lors de cette période, les blancs ECSOTE ont présenté des pourcentages moyens de récupération des étalons de recouvrement de 93 % pour les BPC, de 81 % pour les HAP et de 90 % pour les dioxines et les furanes. À compter du 1^{er} décembre 2000, les étalons de recouvrement ont été ajoutés en une seule opération dans le ballon de 2 litres contenant le dichlorométhane, avant de débiter l'échantillonnage. Deux échantillons d'eau de surface (4 décembre 2000 et 22 janvier 2001), dont les étalons de recouvrement ont été ainsi ajoutés, ont donné des pourcentages moyens de récupération de 87 % pour les BPC, de 83 % pour les HAP et de 77 % pour les dioxines et les furanes. Ces pourcentages sont du même ordre que ceux des échantillons dont les étalons de recouvrement ont été ajoutés au cours de l'extraction. On peut donc supposer que les pertes des étalons de recouvrement observées sont principalement attribuables aux manipulations en laboratoire et non au processus d'échantillonnage et d'extraction. Il a aussi été démontré par Driscoll *et al.* (1991) qu'il faut un temps d'équilibration de cinq jours après l'ajout des substances à l'échantillon pour refléter les conditions naturelles. Comme c'est le cas avec l'ECSOTE ou le Goulden, il n'est pas possible d'attendre ce délai entre chaque prélèvement d'échantillon. Les pertes des étalons de recouvrement provenant majoritairement des manipulations en laboratoire, on a décidé d'ajouter les étalons dans le ballon de 2 litres contenant le dichlorométhane, avant le début et non au cours de l'échantillonnage par l'ECSOTE.

Résultats des blancs et des échantillons

Les résultats des blancs et des échantillons sont présentés aux annexes 2a à 7b. Les résultats des blancs en quantité totale ont été soustraits des résultats bruts des échantillons suivant le blanc. Une concentration égale à zéro indique une valeur nulle ou négative après la soustraction du blanc. Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro). Tous les résultats ont été corrigés pour les taux de récupération des étalons marqués.

Contamination des échantillons

Dans le cas des échantillons d'eaux usées et des blancs de La Prairie, de la CUQ et de Farnham, il y a eu contamination des échantillons ECSOTE par trois congénères de BPC présents dans des étalons concentrés de BPC utilisés dans l'extraction précédente. Ces étalons ont contaminé le système et les échantillons qui ont suivi ont donc été contaminés par ces trois congénères. Ces étalons contenaient les BPC n° 34 (trichlorobiphényle), n° 109 (pentachlorobiphényle) et n° 207 (nonachlorobiphényle) à des concentrations de 88,89 µg/l, de 177,78 µg/l et de 355,56 µg/l respectivement. Les résultats d'analyse des groupes homologues d'échantillons contaminés ont donc présenté des concentrations élevées de trichlorobiphényles, de pentachlorobiphényles et de nonachlorobiphényles. Afin de corriger les résultats des échantillons contaminés, le degré de

contamination des trois congénères utilisés dans ces étalons a été évalué. Comme il est possible que les manipulations en laboratoire introduisent des contaminations pour les trichlorobiphényles et les pentachlorobiphényles, la contribution du BPC n° 207 dans le cas du groupe des nonachlorobiphényles a d'abord été évaluée en calculant la différence entre la concentration du groupe homologue et les concentrations des congénères BPC n° 206 et n° 208. Soulignons que la proportion du congénère n° 207 est habituellement négligeable dans les échantillons normaux. À partir de ce résultat, les rapports initiaux de concentration des deux autres congénères par rapport au BPC n° 207, soit 1 : 4 et 1 : 2, ont été utilisés pour évaluer la contribution de la contamination des BPC n° 34 et n° 109. Cela a permis d'évaluer la contamination de ces congénères pour les trichlorobiphényles, les pentachlorobiphényles et les nonachlorobiphényles et de corriger les résultats des blancs et des échantillons. Une fois cette correction apportée, on a soustrait les valeurs des blancs de celles des échantillons, en pondérant par les volumes respectifs.

À la suite de cette correction, la somme des congénères individuels de l'échantillon prélevé à Farnham excède de 11 % celle des groupes homologues. Selon les résultats mesurés suivant la méthode Goulden pour le même échantillon, la somme devrait être inférieure de 21 %. Il n'est pas possible d'expliquer cet écart. Toutefois, un écart d'environ 30 % est jugé acceptable, compte tenu des erreurs inhérentes à la méthode.

Dans le cas des échantillons d'eaux usées et d'eau de surface analysés de 1999 à 2001, les HAP totaux présentés sont calculés sans les concentrations de naphthalène, de 2-méthyl-naphthalène, de 1-méthyl-naphthalène, de phénanthrène, de fluoranthène et de pyrène. Les résultats issus de l'analyse de ces composés sont douteux, puisque ces derniers ont été détectés à quelques occasions, dans les blancs, en concentration supérieure à l'échantillon. On a observé que le joint torique du couvercle du contenant en acier inoxydable constituait une source potentielle de contamination par ces HAP. De plus, plusieurs HAP de la famille des naphthalènes (naphthalène, 1-méthyl-naphthalène, 2-méthyl-naphthalène, 1-chloronaphthalène et 2-chloronaphthalène) sont des composés fortement volatils et l'étalon utilisé pour évaluer leur récupération est l'acénaphthène, un composé beaucoup moins volatil. En effet, la tension de vapeur du naphthalène à 25 °C est de 0,085 mm Hg, alors que la tension de vapeur de l'acénaphthène à 25 °C est de 0,0025 mm Hg (Syracuse Research Corporation, 2004). En ce qui a trait au 1-chloronaphthalène et au 2-chloronaphthalène, ces substances sont rarement détectées et n'influencent donc que très peu la somme des HAP.

Traitement statistique

Les résultats obtenus pour les BPC, les HAP, les dioxines et les furanes chlorés dans les échantillons en duplicata d'eaux usées et d'eau de surface, extraits par la méthode ECSOTE et la méthode Goulden, ont été analysés statistiquement à l'aide du test de Wilcoxon pour échantillon appariés (wilcoxon's signed-rank test). Le type d'échantillon n'a pas été distingué dans les analyses statistiques. Un niveau de probabilité de 0,05 a été retenu pour déclarer les différences significatives. Toutefois, compte tenu des faibles effectifs utilisés dans les tests (7 à 9 paires de mesures), la puissance du test est faible pour détecter des différences entre les groupes. Les résultats doivent donc être interprétés prudemment. Les analyses ont été effectuées à l'aide du logiciel SigmaStat 3.1 de Systat Software inc.

RÉSULTATS

Comparaisons ECSOTE versus Goulden

La présente section compare les résultats relatifs aux BPC, aux HAP, aux dioxines et aux furanes chlorés mesurés suivant la méthode de l'ECSOTE avec les résultats obtenus suivant la méthode de l'extracteur à grand volume Goulden. Ces comparaisons ont été faites à partir d'échantillons d'eaux usées prélevés à cinq stations d'épuration municipales en 1999 ainsi qu'à partir de cinq échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe, de 1999 à 2001. Les échantillons ont été prélevés en duplicata et les extractions ont été faites dans deux laboratoires différents du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. Les extractions réalisées à l'aide de l'ECSOTE ont eu lieu au laboratoire de Québec alors que celles réalisées à l'aide de l'extracteur Goulden ont eu lieu au laboratoire de Montréal. Toutes les analyses des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes ont été faites au laboratoire de Montréal, en utilisant la même méthode.

Les résultats de la méthode Goulden obtenus aux stations d'épuration municipales représentent la somme des valeurs individuelles des phases particulières et dissoutes. Dans le cas de l'eau de surface prélevée dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe, les résultats des échantillons du 21 et du 28 juin 1999 représentent la somme des valeurs individuelles des phases particulières et dissoutes. Dans le cas des autres échantillons, elles représentent la valeur totale de l'extrait combiné des phases particulières et dissoutes. Les résultats obtenus par la méthode ECSOTE se rapportent à la valeur totale des phases particulières et dissoutes extraites simultanément.

Les comparaisons entre la méthode ECSOTE et la méthode Goulden portent sur des données qualitatives. Le nombre restreint d'échantillons analysés en duplicata (de 3 à 4 échantillons par type d'eau) ne permet pas de faire d'analyse statistique valable. Ces comparaisons visent à vérifier si les deux méthodes présentent des résultats dont les écarts relatifs sont acceptables. Compte tenu du nombre restreint d'échantillons en duplicata analysés suivant la méthode ECSOTE et la méthode Goulden et du fait que les échantillons en duplicata ne proviennent pas du même échantillon, mais de deux échantillons prélevés l'un après l'autre, un écart relatif inférieur à 60 % a été jugé acceptable pour déclarer comparable les deux méthodes. L'écart relatif étant défini comme la différence entre le résultat obtenu par la méthode Goulden et le résultat obtenu par la méthode ECSOTE, divisé par la moyenne des deux et exprimé en pourcentage.

Les écarts relatifs entre les deux méthodes seront aussi comparés aux écarts révélés par les essais, effectués à l'aide de l'extracteur Goulden, sur 38 échantillons en duplicata prélevés entre le 23 octobre 2000 et le 18 janvier 2005. Ces échantillons pairés reflètent la variabilité de la méthode pour deux échantillons d'eau de surface prélevés successivement au même site dont l'un a été filtrés en laboratoire et l'autre sur le site d'échantillonnage (25 paires d'échantillons), ou encore filtrés sur le terrain (9 paires d'échantillons) ou filtrés en laboratoire (4 paires d'échantillons) (annexe 8). Ces essais, effectués dans différentes conditions, ont révélé des écarts relatifs variant, dans le cas des BPC, de 0 % à 78 % (moyenne de 28 %), des dioxines, de 0 % à 128 % (moyenne de 24 %), des furanes, de 0 % à 200 % (moyenne de 38 %), des dioxines et des furanes totaux, de 0 % à 120 % (moyenne de 24 %) et des HAP du groupe 1 (considérés potentiellement cancérogènes pour l'humain), de 0 % à 46 % (moyenne de 14 %).

Biphényles polychlorés (BPC)

Le tableau 1a indique les concentrations totales de BPC présentes dans les eaux usées des stations d'épuration municipales déterminées à partir de l'analyse des groupes homologues. Le détail des concentrations mesurées dans les groupes homologues (8 groupes) et dans les différents congénères (43 congénères) dosés est présenté à l'annexe 2. Les concentrations totales de BPC présentes dans l'eau de surface de la rivière Yamaska prélevées à Saint-Hyacinthe sont présentées au tableau 1b, alors que les résultats détaillés sont présentés à l'annexe 3.

Tableau 1a Comparaison des BPC totaux (pg/l) présents dans les eaux usées de stations d'épuration municipales selon les méthodes Goulden et ECSOTE

	Martinville 31 mai 1999	La Prairie 16 juin 1999	CUQ 6 juillet 1999	Farnham 12 juillet 1999
Goulden	1 774,6	2 362,2	8 379,0	2 412,0
ECSOTE	528,5 ¹	2 082,4	6 760,5	2 481,8
Écart (%) ²		+ 13	+ 21	- 3

¹ Une partie de la fraction particulaire de l'échantillon est demeurée dans le cylindre d'échantillonnage et n'a pas été extraite avec l'ECSOTE.

² Différence entre le résultat obtenu par la méthode Goulden et le résultat obtenu par la méthode ECSOTE, divisée par la moyenne des deux et exprimée en pourcentage.

Tableau 1b Comparaison des BPC totaux (pg/l) présents dans l'eau de surface de la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe selon les méthodes Goulden et ECSOTE

	25 mai 1999	28 juin 1999	4 décembre 2000	22 janvier 2001
Goulden	839,9	828,4	392,0	393,3
ECSOTE	711,3	833,9	474,6	367,0
Écart (%) ¹	+ 17	- 1	- 19	+ 7

¹ Différence entre le résultat obtenu par la méthode Goulden et le résultat obtenu par la méthode ECSOTE, divisée par la moyenne des deux et exprimée en pourcentage.

Les résultats obtenus à partir de l'échantillonnage effectué à Cookshire ne sont pas présentés, puisque dans le cas de la méthode Goulden, seule la phase dissoute a été dosée. La phase particulaire de même que l'échantillon ECSOTE étaient trop chargés en matière organique, ce qui causait de l'interférence et rendait le dosage impossible. Les résultats d'analyse de

l'échantillon d'eaux usées prélevé à la station d'épuration de Martinville, extrait avec l'ECSOTE, sont présentés uniquement à titre indicatif. Les résultats de cet échantillonnage ne seront pas considérés dans les comparaisons, car une partie de l'échantillon est demeurée dans le contenant d'échantillonnage et n'a pas été extraite avec l'ECSOTE. Les résultats relatifs à l'eau de surface de la rivière Yamaska du 21 juin 1999 ne sont pas présentés, puisque le blanc de l'échantillon ECSOTE a été contaminé par des étalons de récupération à deux reprises.

Dans le cas des BPC totaux (somme des groupes homologues), les échantillons d'eaux usées prélevés à La Prairie, à la CUQ et à Farnham ont montré des écarts variant de - 3 % à + 21 % avec un écart moyen de 12 % (tableau 1a). Les BPC n'ont pas pu être dosés dans l'échantillon prélevé à Cookshire, en raison des interférences survenues lors des analyses.

Les échantillons d'eau de surface ont, quant à eux, présenté des écarts variant de - 19 % à + 17 %, avec un écart moyen de 11 % (à l'exception de l'échantillon du 21 juin 1999) (tableau 1b).

Considérées globalement, les variations entre les résultats pour les échantillons en duplicata d'eaux usées et d'eau de surface étaient aléatoires et ne montraient pas de biais systématique par l'une ou l'autre des deux méthodes ($P > 0,05$).

Les écarts entre les deux méthodes, qu'il s'agisse des eaux usées ou de l'eau de surface, sont comparables à la variabilité obtenue à l'aide de l'extracteur Goulden à partir de 36 échantillons d'eau de surface prélevés en duplicata durant la période du 26 mars 2001 au 10 mai 2004. Lors de ces essais, on comparait aussi la filtration en laboratoire et la filtration *in situ*. Les écarts (en valeurs absolues) observés s'étendaient de 0 % à 78 %, avec un écart moyen de 28 %. Le quart des mesures présentaient des écarts qui fluctuaient de 35 % à 78 % (annexe 8).

Dans le cas des BPC totaux, compte tenu des écarts observés, les deux méthodes d'extraction (Goulden et ECSOTE) ont donné des résultats comparables à ceux obtenus à partir des échantillons en duplicata provenant d'eaux usées et de l'eau de surface.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Au total, 47 HAP ont été analysés et sont regroupés en deux catégories, selon leur potentiel de cancérogénicité : 15 HAP appartenant au groupe 1 sont considérés potentiellement cancérogènes pour l'humain, selon l'International Agency for Research on Cancer (IARC, 1987), alors que les 32 HAP du groupe 2 présentent une évidence limitée de cancérogénicité pour l'humain, telle que la définit l'IARC.

Le tableau 2a présente les concentrations des HAP du groupe 1 et des HAP totaux présents dans les eaux usées des cinq stations d'épuration municipales et le tableau 2b présente les résultats d'analyse de l'eau de surface prélevée à Saint-Hyacinthe. Les HAP totaux présentés sont calculés sans les concentrations de naphthalène, de 2-méthyl-naphthalène, de 1-méthyl-naphthalène, de phénanthrène, de fluoranthène et de pyrène. Ces substances ont été exclues, compte tenu que dans le cas des deux méthodes comparées, les résultats relatifs aux naphthalènes étaient peu fiables en raison de la volatilité de cette substance et les résultats relatifs aux trois autres

substances, en raison du risque de contamination par un joint torique sur les contenants d'échantillonnage. Les annexes 4a, 4b, 5a et 5b présentent la liste des différents HAP analysés selon leur catégorie et les résultats détaillés relatifs à leur concentration dans les eaux usées des cinq stations d'épuration municipales et dans l'eau de surface de la rivière Yamaska.

Tableau 2a Comparaison des HAP du groupe 1 et des HAP totaux (ng/l) présents dans les eaux usées de stations d'épuration municipales selon les méthodes Goulden et ECSOTE

		Martinville 31 mai 1999	La Prairie 16 juin 1999	CUQ 6 juillet 1999	Farnham 12 juillet 1999	Cookshire 12 juillet 1999
HAP groupe 1	Goulden	1,19	12,49	21,20	9,46	0,00
	ECSOTE	0,00 ²	8,73	23,44	19,53	0,00
Écart (%) ¹			+ 35	- 10	- 69	0
HAP totaux	Goulden	18,06	40,15	172,72	20,60	19,66
	ECSOTE	11,10 ²	21,62	112,08	32,07	72,20
Écart (%) ¹			+ 60	+ 43	- 44	- 53

¹ Différence entre le résultat obtenu par la méthode Goulden et le résultat obtenu par la méthode ECSOTE, divisée par la moyenne des deux et exprimée en pourcentage.

² Une partie de la fraction particulaire de l'échantillon est demeurée dans le cylindre d'échantillonnage et n'a pas été extraite avec l'ECSOTE.

Tableau 2b Comparaison des HAP du groupe 1 et des HAP totaux (ng/l) présents dans l'eau de surface de la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe selon les méthodes Goulden et ECSOTE

		25 mai 1999	21 juin 1999	28 juin 1999	4 décembre 2000	22 janvier 2001
HAP groupe 1	Goulden	17,76	2,46	4,04	2,75	0,68
	ECSOTE	14,55	1,81	7,45	5,02	1,34
Écart (%) ¹		+ 20	+ 30	- 59	- 58	- 65
HAP totaux	Goulden	35,68	18,26	11,72	14,13	7,22
	ECSOTE	29,09	6,41	16,96	13,90	5,56
Écart (%) ²		+ 20	+ 96	- 37	+ 2	+ 26

¹ Différence entre le résultat obtenu par la méthode Goulden et le résultat obtenu par la méthode ECSOTE, divisée par la moyenne des deux et exprimée en pourcentage.

Les concentrations des HAP mesurées dans les effluents municipaux (à l'exception de l'échantillon prélevé à Martinville) ont donné, dans le cas des HAP totaux, des écarts variant de - 44 % à + 60 %, avec un écart moyen de 50 % entre les deux méthodes. Dans le cas des HAP du groupe 1, les écarts varient de - 69 % à + 35 %, avec un écart moyen de 28,5 % (tableau 2a).

Dans l'eau de surface, les concentrations de HAP totaux présentent des écarts de - 37 % à 96 %, avec un écart moyen de 36,2 %. Quant aux HAP du groupe 1, les écarts fluctuent de - 65 % à + 30 %, avec un écart moyen de 46,4 % (tableau 2b).

Considérées globalement, les variations entre les résultats pour les échantillons en duplicata d'eaux usées et d'eau de surface étaient aléatoires et ne montraient pas de biais systématique par l'une ou l'autre des deux méthodes ($P > 0,05$).

Les écarts moyens entre les deux méthodes, tant dans le cas des eaux usées que dans le cas de l'eau de surface, semblent plus élevés en ce qui concerne les HAP du groupe 1 que ceux obtenus avec l'extracteur Goulden à partir des 36 échantillons d'eau de surface, prélevés en duplicata, entre mars 2001 et mai 2004. Concernant les HAP du groupe 1, les écarts (en valeurs absolues) observés s'étendaient de 0 % à 46 %, avec un écart moyen de 14 %. Le quart des mesures présentaient des écarts qui fluctuaient de 22 % à 46 % (annexe 8).

Concernant les HAP du groupe 1, sept essais comparatifs sur neuf réalisés à l'aide des extracteurs Goulden et ECSOTE présentaient un écart inférieur à 60 %. Compte tenu qu'il n'y a pas de biais systématique entre les deux méthodes d'extraction, on considère qu'elles donnent des résultats du même ordre.

Dioxines et furanes chlorés

Les concentrations de 7 polychlorodibenzo-*p*-dioxines (dioxines) et de 10 polychlorodibenzofuranes (furanes) ont été mesurées individuellement dans les échantillons d'eau. Parmi ces substances, on considère que la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-*p*-dioxine (2,3,7,8-T₄CDD) est la plus toxique. Le concept d'équivalence toxique a été introduit pour évaluer la toxicité globale de l'ensemble des dioxines et des furanes, tout en tenant compte de leur toxicité individuelle. Un facteur d'équivalence de la toxicité a été attribué à chaque dioxine et à chaque furane, selon leur toxicité par rapport à celle de la 2,3,7,8-T₄CDD. Pour obtenir la concentration exprimée en équivalents toxiques, on multiplie la concentration de la substance par son facteur d'équivalence. La concentration exprimée en équivalents toxiques totaux est obtenue en faisant la sommation des concentrations en équivalents toxiques de chacune des dioxines et de chacun des furanes analysés. Les facteurs d'équivalence pour chacune des substances dosées sont indiqués au tableau 3 (OTAN, 1988).

Le tableau 4a présente les concentrations des dioxines et des furanes totaux présents dans les eaux usées des stations d'épuration municipales déterminées à partir de l'analyse des groupes homologues, et le tableau 4b présente les résultats de l'analyse de l'eau de surface prélevée à Saint-Hyacinthe. Les résultats détaillés des différents congénères de même que les concentrations exprimées en équivalents toxiques de la 2,3,7,8-T₄CDD sont présentés aux annexes 6a, 6b, 7a et 7b.

Tableau 3 Facteurs d'équivalence des dioxines et des furanes chlorés

Dioxines	Facteur d'équivalence	Furanes	Facteur d'équivalence
2,3,7,8-T ₄ CDD	1,0	2,3,7,8-T ₄ CDF	0,1
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0,5	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0,05
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0,1	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0,5
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0,1	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0,1
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0,1	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0,01	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0,1
O ₈ CDD	0,001	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0,1
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0,01
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0,01
		O ₈ CDF	0,001

Source : OTAN, 1988.

Tableau 4a Comparaison des dioxines et des furanes chlorés (pg/l) présents dans les eaux usées de stations d'épuration municipales selon les méthodes Goulden et ECSOTE

		Martinville 31 mai 1999	La Prairie 16 juin 1999	CUQ 6 juillet 1999	Farnham 12 juillet 1999	Cookshire 12 juillet 1999
Dioxines	Goulden	23,43	8,38	38,26	36,52	117,39
	ECSOTE	2,39 ¹	- ²	33,41	47,82	222,12
	Écart (%) ³			+ 14	- 27	- 62
Furanes	Goulden	0,00	0,40	3,44	5,53	506,68
	ECSOTE	3,00 ¹	- ²	3,40	9,50	1 875,87
	Écart (%) ³			+ 1	- 53	- 115
Dioxines et furanes totaux	Goulden	23,43	8,78	41,7	42,05	624,07
	ECSOTE	5,39 ¹	- ²	36,81	57,32	2 097,99
	Écart (%) ³			+ 12	- 31	- 108
Équivalents toxiques à la 2,3,7,8-TCDD	Goulden	0,033	0,016	0,069	0,070	2,337
	ECSOTE	0,031 ¹	- ²	0,135	0,133	7,789
	Écart (%)			- 65	- 62	- 108

¹ Une partie de la fraction particulaire de l'échantillon est demeurée dans le cylindre d'échantillonnage et n'a pas été extraite avec l'ECSOTE.

² Données non rapportées; le blanc (10 juin 1999) précédant l'échantillon de La Prairie montre une contamination inhabituelle en dioxines et en furanes.

³ Différence entre le résultat obtenu par la méthode Goulden et le résultat obtenu par la méthode ECSOTE, divisée par la moyenne des deux et exprimée en pourcentage.

Tableau 4b Comparaison des dioxines et des furanes chlorés (pg/l) présents dans l'eau de surface de la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe selon les méthodes Goulden et ECSOTE

		25 mai 1999	21 juin 1999	28 juin 1999	4 décembre 2000	22 janvier 2001
Dioxines	Goulden	22,32	8,29	13,65	8,86	5,00
	ECSOTE	16,46	- ¹	16,91	8,59	4,60
Écart (%) ²		+ 30		- 21	+ 3	+ 8
Furanes	Goulden	4,63	1,51	1,60	1,60	0,41
	ECSOTE	4,38	- ¹	3,44	2,02	0,76
Écart (%) ²		+ 6		- 73	- 23	- 60
Dioxines et furanes totaux	Goulden	26,95	9,8	15,25	10,46	5,41
	ECSOTE	20,84		20,35	10,61	5,36
Écart (%) ²		+ 26		- 29	- 1	+ 1
Équivalents toxiques à la 2,3,7,8-TCDD	Goulden	0,153	0,021	0,040	0,028	0,010
	ECSOTE	0,103	- ¹	0,076	0,021	0,016
Écart (%) ²		+ 39		- 62	+ 29	- 46

¹ Données non rapportées; le blanc (17 juin 1999) précédant l'échantillon du 21 juin 1999 montre une contamination inhabituelle en dioxines et en furanes.

² Différence entre le résultat obtenu par la méthode Goulden et le résultat obtenu par la méthode ECSOTE, divisée par la moyenne des deux et exprimée en pourcentage.

Les résultats de l'échantillon du 16 juin 1999 prélevé à La Prairie n'ont pas été considérés, compte tenu que le blanc ECSOTE (10 juin 1999) précédant cet échantillon est contaminé en dioxines et en furanes chlorés. Cette contamination inhabituelle du blanc n'a pas pu être expliquée et met en doute la validité des résultats des dioxines et des furanes obtenus à partir de l'échantillon de La Prairie.

L'échantillon d'eau de surface de la rivière Yamaska du 21 juin 1999 n'a pas été considéré, compte tenu que le blanc ECSOTE (17 juin 1999) précédant cet échantillon était contaminé par des dioxines et des furanes.

Dans les effluents municipaux de la CUQ, de Farnham et de Cookshire, les écarts entre les méthodes Goulden et ECSOTE relatifs aux dioxines et aux furanes totaux ont été de - 108 %, - 31 % et + 12 %, avec un écart moyen de 50,3 % (tableau 4a). L'écart le plus important a été observé à Cookshire, où l'échantillon analysé selon la méthode ECSOTE présentait des

concentrations beaucoup plus élevées que celui analysé selon la méthode Goulden. Dans le cas de cet échantillon, les concentrations en HAP totaux obtenues par l'ECSOTE étaient très supérieures à celles obtenues par l'extracteur Goulden. L'échantillon prélevé à Cookshire avait présenté des interférences relatives au BPC et il était très chargé en matières organiques, comme l'indique la demande chimique en oxygène (DCO) (90 mg/l). Étant donné que cet échantillon était très chargé en matières organiques, il est possible que le temps d'extraction de la méthode Goulden n'ait pas été suffisamment long pour réussir à extraire toute la matière organique, ou bien que l'interaction entre la matière organique dissoute et les contaminants organiques ait été trop forte à pH neutre pour réussir à extraire tous les contaminants (Maguire *et al.*, 1989; Maguire *et al.*, 1993). La durée de l'extraction est plus longue dans le cas de la méthode ECSOTE et elle est réalisée dans un milieu acide plutôt que dans un milieu presque neutre, comme dans le cas de la méthode Goulden.

Plus spécifiquement, en ce qui a trait aux dioxines, les écarts entre les deux méthodes ont été de - 62 %, - 27 % et + 14 %, avec un écart moyen de 34,3 %, alors que les écarts relatifs aux furanes ont été de - 115 %, - 53 % et + 1 %, avec un écart moyen de 56,3 %.

Dans le cas des échantillons d'eaux usées, les écarts entre les deux méthodes demeurent relativement importants quant aux teneurs exprimées en équivalents toxiques à la 2,3,7,8-TCDD. Les écarts sont de - 108 %, - 65 % et - 62 % en ce qui concerne les échantillons de Farnham, de Cookshire et de la CUQ respectivement. Dans le cas de ces trois échantillons, la méthode ECSOTE donne des résultats exprimés en équivalents toxiques à la 2,3,7,8-TCDD notablement plus élevés que la méthode Goulden.

Dans le cas des échantillons d'eau de surface prélevés à Saint-Hyacinthe, les écarts relatifs aux concentrations en dioxines et en furanes totaux ont fluctué de - 29 % à + 26 %, avec un écart moyen de 10,3 % (tableau 4b). Les écarts observés, ainsi que les concentrations des dioxines et des furanes totaux présents dans l'eau de surface, sont plus faibles que celles présentes dans les eaux usées.

Plus spécifiquement, dans le cas des dioxines, les écarts entre les deux méthodes ont varié de - 21 % à + 30 %, avec un écart moyen de 10,7 %, alors que les écarts relatifs aux furanes ont fluctué de - 73 % à + 6 %, avec un écart moyen de 52 %. Les écarts relatifs aux furanes semblent un peu plus importants que les écarts relatifs aux dioxines, mais à des concentrations plus faibles.

Dans le cas de l'eau de surface, les concentrations exprimées en équivalents toxiques à la 2,3,7,8-TCDD présentent des écarts variant de - 62 % à + 39 %, avec un écart moyen de 47,5 %.

Considérées globalement, les variations entre les résultats pour les échantillons en duplicata d'eaux usées et d'eau de surface étaient aléatoires et ne montraient pas de biais systématique par l'une ou l'autre des deux méthodes ($P > 0,05$). Toutefois, dans les eaux usées, un écart important a été observé entre les résultats par les méthodes ECSOTE et Goulden dans le cas de l'échantillon prélevé à Cookshire.

Les écarts moyens entre les deux méthodes, observés dans les échantillons d'eaux usées (à l'exception de l'échantillon de Cookshire) et dans les échantillons d'eau de surface

relativement aux dioxines et aux furanes totaux, sont du même ordre que les écarts obtenus avec l'extracteur Goulden à partir des 36 échantillons d'eau de surface prélevés en duplicata entre mars 2001 et mai 2004. Concernant les dioxines et les furanes totaux, les écarts observés en valeurs absolues s'étendaient de 0 % à 120 %, avec un écart moyen de 24 %. Parmi ces mesures, le quart présentaient un écart variant de 35 % à 120 % (annexe 8).

Lors des mêmes essais réalisés avec la méthode Goulden, les écarts en valeurs absolues entre les duplicatas ont varié, dans le cas des dioxines, de 0 % à 128 %, avec un écart moyen de 24 %, et dans le cas des furanes, de 0 % à 200 %, avec un écart moyen de 38 %. Le quart des mesures relatives aux dioxines présentaient des écarts variant de 33 % à 128 % et de 38 % à 200 %, dans le cas des furanes.

Quant aux concentrations en équivalents toxiques à la 2,3,7,8-TCDD, les 36 échantillons en duplicata analysés selon la méthode Goulden ont montré des écarts en valeurs absolues variant de 0 % à 171 %, avec un écart moyen de 39 %. Le quart des mesures présentaient des écarts qui fluctuaient de 57 % à 171 %.

Les résultats comparatifs concernant les dioxines et les furanes chlorés montrent que les méthodes Goulden et ECSOTE donnent des résultats comparables dans le cas de l'eau de surface. Dans le cas des eaux usées, les écarts entre les deux méthodes semblent plus importants, bien qu'ils demeurent à l'intérieur de la variabilité observée relativement à 36 échantillons en duplicata analysés selon la méthode Goulden.

CONCLUSION

Les résultats des essais de comparaison des méthodes ECSOTE et Goulden ayant trait aux BPC, aux HAP totaux et aux dioxines et aux furanes chlorés totaux montrent qu'en ce qui concerne les trois groupes de substances étudiées, les écarts moyens en valeur absolue entre les deux méthodes à partir des échantillons d'eaux usées sont respectivement de 12 %, 50 % et 50 %. Dans le cas des échantillons d'eau de surface, les écarts moyens sont respectivement de 11 %, 36 % et 14 %. Les variations entre les deux méthodes sont aléatoires et ne montrent pas de biais systématique pour l'une ou l'autre des deux méthodes.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BLEAU, H., 2002. L'effet des inondations de juillet 1996 sur les lacs et les rivières de la région du Saguenay : contamination de l'eau, des sédiments et des poissons par les substances toxiques, Québec, ministère de l'Environnement, Direction du suivi de l'état de l'environnement, Envirodoq n° ENV/2002/0283, 59 p. et 12 annexes, [http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/saguenay/saguenay-final.pdf].

CENTRE D'EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC (CEAEQ), 2001. *Détermination des biphényles polychlorés (congénères); Dosage par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse à haute résolution*, MA. 400-BPCHR 1.0, ministère de l'Environnement du Québec, 43 p., [<http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/MA400BPCHR10.pdf>].

CENTRE D'EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC (CEAEQ), 2002. *Détermination des dibenzo-para-dioxines polychlorés et dibenzofuranes polychlorés; Dosage par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse*, MA. 400-D.F. 1.0, ministère de l'Environnement du Québec, 42 p., [<http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/MA400DF10.pdf>].

COSSA, D., B. RONDEAU, T. PHAM, S. PROULX et B. QUÉMERAIS, 1996. *Principes et pratiques d'échantillonnage d'eaux naturelles en vue du dosage de substances et d'éléments présents à l'état de traces et ultra-traces*, Environnement Canada – région du Québec, Conservation de l'environnement, Centre Saint-Laurent, document de travail DT-5, 26 p.

COSSA, D., T. PHAM, B. RONDEAU, B. QUÉMERAIS, S. PROULX et C. SURETTE, 1998. *Bilan massique des contaminants chimiques dans le fleuve Saint-Laurent*, Environnement Canada, région du Québec, Conservation de l'environnement, Centre Saint-Laurent, rapport scientifique et technique ST-163, 258 p.

DE PAOLIS, F. et J. KUKKONEN, 1997. "Binding of organic pollutants to humic and fulvic acids: influence of pH and the structure of humic material", *Chemosphere*, vol. 34, n° 8, p. 1693-1704.

DRISCOLL, M. S., J. P. HASSETT et C. L. FISH, 1991. "Extraction efficiencies of organochlorine compounds from Niagara River water", *Environmental Science and Technology*, vol. 25, n° 8, p. 1432-1439.

GOULDEN, P. D. et D. H. J. ANTHONY, 1985. *Design of a large sample extractor for the determination of organics in water*, National Water Research Institute, Canada Center for Inlands Water, Burlington, ON, NWRI Contribution Number 85-121.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC), 1987. *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans – Overall Evaluations of Carcinogenicity: an Updating of IARC Monographs*, volumes 1 à 42, supplément 7, World Health Organization.

LAPIERRE, L., 1999. Le bassin de la rivière Yamaska : contamination du poisson en 1995, section 4, dans ministère de l'Environnement (éd.), *Le bassin de la rivière Yamaska : état de l'écosystème aquatique*, Québec, Direction des écosystèmes aquatiques, Envirodoq n° EN990224, rapport n° EA-14.

MAGUIRE, R. J. et R. J. TKACZ, 1989. "Potential underestimation of chlorinated hydrocarbon concentrations in fresh water", *Chemosphere*, vol. 19, n^{os} 8-9, p. 1277-1287.

MAGUIRE, R. J., R. J. TKACZ et S. P. BATCHELOR, 1993. "Extraction efficiencies of hydrocarbons from Niagara River water", *Environmental Toxicology and Chemistry*, vol. 12, p. 805-811.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC et ENVIRONNEMENT CANADA, 2001. *Évaluation du potentiel toxique des effluents des stations d'épuration municipales du Québec – Rapport final*, Saint-Laurent Vision 2000, phase III – volet industriel et urbain, 136 p. et annexes.

MORLOT, M., T. FRANÇAIS et C. ROSIN, 1996. « Présentation de quatre types de prélèvements intégrateurs pour pallier l'insuffisance de prélèvements extemporanés face à la variabilité de la qualité des eaux à analyser », *Techniques, sciences, méthodes*, n^o6, p. 437-442.

MUYLDERMANS, J., P. BROCHU, D. LALIBERTÉ, R. LEDUC et P. LECLERC, 2002. *Étude des sources de contamination des lacs Lovering et Massawippi par des substances toxiques - Résultats de la campagne d'échantillonnage réalisée en 2001*, Québec, ministère de l'Environnement, Direction du suivi de l'état de l'environnement et Direction régionale de l'Estrie, Envirodoq n° 2000/0533, 94 p. et 8 annexes.

ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD, COMMITTEE ON THE CHALLENGES OF MODERN SOCIETY (OTAN), 1988. *International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF), Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds, Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds*, rapport n° 176, 31 p.

SYRACUSE RESEARCH CORPORATION, 2004. « Syracuse Research Corporation Physical properties database », dans le site *Syracuse Research Corporation*, [En ligne]. <http://www.syrres.com/esc/physdemo.htm> (page consultée le 27 mai 2004).

ANNEXES

Annexe 1 Limites de détection (pg/l) des substances analysées de mai 1999 à janvier 2001

Substance	Goulden		ECSOTE	
	Eaux usées	Eau de surface	Eaux usées	Eau de surface
<u>Congénères de BPC (pg/l)</u>				
IUPAC n° 18	3 à 40	2 à 8	2 à 10	1 à 20
IUPAC n° 17	3 à 30	2 à 6	2 à 9	1 à 10
IUPAC n° 31	2 à 20	1 à 6	1 à 7	0,9 à 10
IUPAC n° 28	2 à 20	1 à 4	1 à 5	0,7 à 8
IUPAC n° 33	2 à 20	1 à 5	1 à 7	0,8 à 10
IUPAC n° 52	0,3 à 3	0,1 à 0,8	0,3 à 1	0,1 à 2
IUPAC n° 49	0,4 à 4	0,1 à 1	0,4 à 1	0,1 à 2
IUPAC n° 44	0,4 à 4	0,1 à 1	0,3 à 1	0,1 à 2
IUPAC n° 74	1 à 7	0,6 à 3	0,8 à 20	0,6 à 2
IUPAC n° 70	1 à 6	0,4 à 2	0,7 à 20	0,5 à 2
IUPAC n° 95	1 à 10	0,7 à 3	0,5 à 4	0,5 à 3
IUPAC n° 101	1 à 10	0,6 à 3	0,5 à 4	0,5 à 3
IUPAC n° 99	1 à 10	0,8 à 3	0,5 à 5	0,6 à 3
IUPAC n° 87	1 à 10	0,9 à 4	0,6 à 5	0,7 à 4
IUPAC n° 110	0,7 à 7	0,4 à 2	0,3 à 3	0,3 à 2
IUPAC n° 82	1 à 10	0,8 à 3	0,6 à 5	0,6 à 3
IUPAC n° 118	0,7 à 7	0,4 à 2	0,3 à 2	0,3 à 2
IUPAC n° 105	1 à 8	0,5 à 2	0,4 à 3	0,4 à 2
IUPAC n° 151	0,2 à 3	0,3 à 0,6	0,4 à 1	0,1 à 2
IUPAC n° 149	0,2 à 3	0,3 à 0,5	0,3 à 1	0,1 à 2
IUPAC n° 153	0,2 à 2	0,2 à 0,4	0,3 à 0,9	0,1 à 2
IUPAC n° 132	0,3 à 3	0,4 à 0,6	0,4 à 1	0,2 à 3
IUPAC n° 138	0,2 à 3	0,3 à 0,5	0,3 à 1	0,1 à 2
IUPAC n° 158	0,1 à 2	0,2 à 0,3	0,2 à 0,7	0,1 à 1
IUPAC n° 128	0,3 à 3	0,3 à 0,6	0,4 à 1	0,1 à 2
IUPAC n° 156	0,5 à 6	0,2 à 0,8	0,3 à 4	0,4 à 1
IUPAC n° 187	0,2 à 3	0,1 à 0,5	0,3 à 0,9	0,3 à 1
IUPAC n° 183	0,2 à 3	0,1 à 0,5	0,3 à 0,8	0,3 à 1
IUPAC n° 177	0,7 à 4	0,3 à 1	1 à 4	0,3 à 1
IUPAC n° 171	0,7 à 4	0,3 à 1	0,9 à 4	0,3 à 3
IUPAC n° 180	0,6 à 4	0,2 à 0,9	0,8 à 3	0,1 à 3
IUPAC n° 191	0,5 à 3	0,2 à 0,8	0,7 à 2	0,1 à 2
IUPAC n° 170	0,7 à 4	0,2 à 2	0,9 à 3	0,1 à 3
IUPAC n° 199	0,3 à 3	0,1 à 2	0,4 à 1	0,1 à 2
IUPAC n° 195	0,4 à 3	0,2 à 1	0,4 à 2	0,1 à 1
IUPAC n° 194	0,4 à 2	0,2 à 1	0,4 à 2	0,1 à 1
IUPAC n° 205	0,3 à 2	0,2 à 1	0,4 à 2	0,1 à 1
IUPAC n° 208	0,3 à 2	0,1 à 1	0,4 à 0,5	0,1 à 1
IUPAC n° 206	0,4 à 4	0,1 à 2	0,5 à 0,7	0,1 à 1
IUPAC n° 209	0,2 à 2	0,1 à 3	0,2 à 0,5	0,2 à 1
IUPAC n° 77	0,06 à 3	0,01 à 0,1	0,09 à 10	0,01 à 0,1
IUPAC n° 126	0,08 à 0,4	0,02 à 0,2	0,2 à 0,3	0,06 à 0,2
IUPAC n° 169	0,07 à 0,1	0,01 à 0,1	0,08 à 0,3	0,01 à 0,1
<u>BPC homologues (pg/l)</u>				
Trichlorobiphényles	2 à 20	1 à 4	1 à 5	0,7 à 8
Tétrachlorobiphényles	0,3 à 3	0,1 à 0,7	0,3 à 1	0,1 à 2
Pentachlorobiphényles	0,7 à 7	0,4 à 2	0,3 à 2	0,3 à 2
Hexachlorobiphényles	0,1 à 2	0,2 à 0,3	0,2 à 0,7	0,1 à 1
Heptachlorobiphényles	0,2 à 2	0,1 à 0,4	0,3 à 0,8	0,1 à 1
Octachlorobiphényles	0,3 à 2	0,1 à 1	0,4 à 1	0,1 à 1
Nonachlorobiphényles	0,3 à 2	0,1 à 1	0,4 à 0,5	0,1 à 1
Décachlorobiphényles	0,2 à 2	0,1 à 3	0,2 à 0,5	0,2 à 1

Annexe 1 Limites de détection (pg/l) des substances analysées de mai 1999 à janvier 2001
(suite)

Substance	Goulden		ECSOTE	
	Eaux usées	Eau de surface	Eaux usées	Eau de surface
HAP (ng/l)				
Benzo[a]anthracène	0,06 à 7	0,05 à 0,4	0,2 à 20	0,04 à 0,1
Chrysène	0,05 à 6	0,05 à 0,4	0,2 à 20	0,03 à 0,1
Benzo[b]fluoranthène	0,09 à 0,7	0,06 à 0,2	0,2 à 3	0,07 à 0,2
Benzo[j+k]fluoranthène	0,06 à 2	0,05 à 0,2	0,2 à 10	0,06 à 0,1
Benzo[a]pyrène	0,09 à 2	0,6 à 0,2	0,2 à 10	0,09 à 0,2
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène	0,06 à 0,7	0,04 à 0,07	0,1 à 2	0,03 à 0,09
Dibenzo[ac]+[ah]anthracène	0,03 à 0,6	0,01 à 0,07	0,03 à 0,6	0,01 à 0,03
5-méthylchrysène	0,04 à 2	0,04 à 0,3	0,1 à 7	0,03 à 0,09
Dibenzo[a,h]acridine	0,1 à 1	0,06 à 0,1	0,1 à 2	0,09 à 0,2
Dibenzo[a,j]acridine	0,08 à 0,9	0,06 à 0,09	0,1 à 1	0,08 à 0,1
7H-Dibenzo[c,g]carbazole	0,1 à 2	0,07 à 0,1	0,2 à 4	0,09 à 0,2
Dibenzo[a,l]pyrène	0,1 à 1	0,05 à 0,1	0,2 à 3	0,06 à 0,2
Dibenzo[a,e]pyrène	0,02 à 0,3	0,01 à 0,07	0,05 à 0,7	0,02 à 0,05
Dibenzo[a,i]pyrène	0,09 à 3	0,06 à 0,1	0,3 à 5	0,07 à 0,2
Dibenzo[a,h]pyrène	0,08 à 1	0,04 à 0,08	0,3 à 3	0,05 à 0,2
Acénaphtène	0,4 à 4	0,5 à 0,8	1 à 4	0,4 à 0,8
Acénaphthylène	0,2 à 0,9	0,2 à 0,4	0,4 à 1	0,1 à 0,3
Anthracène	0,09 à 2	0,2 à 0,9	0,7 à 5	0,1 à 0,2
Benzo(g,h,i)pérylène	0,08 à 0,8	0,04 à 0,08	0,1 à 2	0,04 à 0,1
Benzo(e)pyrène	0,08 à 2	0,06 à 0,2	0,2 à 10	0,07 à 0,2
Fluoranthène	0,09 à 1	0,1 à 0,4	0,2 à 3	0,07 à 0,2
Fluorène	0,2 à 0,6	0,2 à 0,4	0,5 à 1	0,1 à 0,3
Naphtalène	0,09 à 2	0,1 à 0,4	0,3 à 0,8	0,1 à 0,4
Pérylène	0,08 à 2	0,06 à 0,2	0,2 à 10	0,06 à 0,1
Phénanthrène	0,09 à 2	0,2 à 0,9	0,7 à 5	0,1 à 0,4
Pyrène	0,09 à 1	0,1 à 0,4	0,2 à 3	0,07 à 0,2
1-Méthylnaphtalène	0,06 à 0,4	0,05 à 0,2	0,1 à 0,7	0,06 à 0,1
2-Méthylnaphtalène	0,06 à 0,5	0,05 à 0,2	0,1 à 0,8	0,06 à 0,09
1,3-Diméthylnaphtalène	0,2 à 1	0,1 à 0,2	0,8 à 1	0,1 à 0,4
2-Chloronaphtalène	0,02 à 0,1	0,01 à 0,05	0,01 à 0,2	0,01 à 0,03
1-Chloronaphtalène	0,01 à 0,1	0,009 à 0,06	0,01 à 0,2	0,009 à 0,03
2,3,5-Triméthylnaphtalène	0,2 à 0,8	0,1 à 0,3	0,7 à 1	0,1 à 0,3
Carbazole	0,03 à 0,6	0,04 à 0,2	0,1 à 4	0,05 à 0,3
2-Méthylfluoranthène	0,08 à 2	0,1 à 0,4	0,2 à 4	0,06 à 0,1
Benzo[c]phénanthrène	0,08 à 10	0,08 à 0,4	0,3 à 30	0,06 à 0,2
Benzo[c]acridine	0,02 à 2	0,03 à 0,2	0,07 à 4	0,02 à 0,1
Cyclopenta[c,d]pyrène	0,05 à 7	0,03 à 0,3	0,2 à 20	0,03 à 0,1
2-Méthylchrysène	0,02 à 1	0,02 à 0,2	0,07 à 3	0,02 à 0,06
3-Méthylchrysène	0,02 à 1	0,02 à 0,2	0,07 à 3	0,02 à 0,06
4+6-Méthylchrysène	0,02 à 1	0,02 à 0,2	0,07 à 3	0,02 à 0,06
1-Nitropyrene	0,4 à 30	0,2 à 4	3 à 60	0,3 à 1
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène	0,2 à 10	0,1 à 0,6	0,4 à 40	0,2 à 0,4
3-Méthylcholanthrène	0,2 à 4	0,1 à 0,4	0,4 à 20	0,1 à 0,3
Dibenzo[a,j]anthracène	0,03 à 0,3	0,01 à 0,03	0,03 à 0,6	0,01 à 0,03
Anthanthrène	0,1 à 1	0,07 à 0,1	0,2 à 4	0,08 à 0,2
Dibenzo[a,e]fluoranthène	0,05 à 0,8	0,03 à 0,07	0,2 à 2	0,04 à 0,1
Coronène	0,06 à 1	0,03 à 0,1	0,2 à 2	0,03 à 0,1

Annexe 1 Limites de détection (pg/l) des substances analysées de mai 1999 à janvier 2001
(suite)

Substance	Goulden		ECSOTE	
	Eaux usées	Eau de surface	Eaux usées	Eau de surface
<u>Dioxines chlorées (pg/l)</u>				
2,3,7,8-T ₄ CDD	0,04 à 0,1	0,04 à 0,1	0,04 à 0,07	0,01 à 0,07
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0,01 à 0,08	0,01 à 0,07	0,02 à 0,05	0,01 à 0,05
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0,02 à 0,1	0,01 à 0,06	0,02 à 0,06	0,01 à 0,04
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0,01 à 0,08	0,01 à 0,05	0,01 à 0,05	0,01 à 0,02
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0,02 à 0,08	0,01 à 0,05	0,01 à 0,04	0,01 à 0,03
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0,01 à 0,06	0,01 à 0,03	0,01 à 0,04	0,01 à 0,05
O ₈ CDD	0,03 à 0,1	0,01 à 0,05	0,01 à 0,05	0,01 à 0,04
<u>Dioxines homologues (pg/l)</u>				
T ₄ CDD	0,04 à 0,1	0,04 à 0,1	0,04 à 0,07	0,01 à 0,07
P ₅ CDD	0,03 à 0,08	0,01 à 0,07	0,02 à 0,05	0,01 à 0,05
H ₆ CDD	0,01 à 0,08	0,01 à 0,05	0,02 à 0,04	0,01 à 0,02
H ₇ CDD	0,01 à 0,06	0,01 à 0,03	0,01 à 0,04	0,01 à 0,05
O ₈ CDD	0,03 à 0,1	0,01 à 0,05	0,01 à 0,05	0,01 à 0,04
<u>Furanes chlorés (pg/l)</u>				
2,3,7,8-T ₄ CDF	0,02 à 0,08	0,03 à 0,07	0,02 à 0,8	0,02 à 0,07
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0,02 à 0,1	0,03 à 0,04	0,02 à 0,5	0,02 à 0,03
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0,02 à 0,1	0,02 à 0,04	0,02 à 0,5	0,02 à 0,03
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0,01 à 0,06	0,03 à 0,04	0,02 à 0,1	0,01 à 0,03
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0,01 à 0,04	0,02 à 0,03	0,02 à 0,09	0,01 à 0,02
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0,01 à 0,05	0,02 à 0,04	0,02 à 0,1	0,01 à 0,03
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0,02 à 0,2	0,03 à 0,04	0,02 à 0,1	0,01 à 0,03
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0,02 à 0,4	0,01 à 0,05	0,02 à 0,1	0,01 à 0,06
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0,02 à 0,4	0,01 à 0,06	0,03 à 0,2	0,01 à 0,08
O ₈ CDF	0,01 à 0,07	0,01 à 0,04	0,01 à 0,04	0,01 à 0,03
<u>Furanes homologues (pg/l)</u>				
T ₄ CDF	0,02 à 0,08	0,03 à 0,07	0,02 à 0,8	0,02 à 0,07
P ₅ CDF	0,02 à 0,1	0,02 à 0,04	0,02 à 0,5	0,02 à 0,03
H ₆ CDF	0,01 à 0,04	0,02 à 0,03	0,02 à 0,09	0,01 à 0,02
H ₇ CDF	0,02 à 0,4	0,01 à 0,05	0,02 à 0,1	0,01 à 0,06
O ₈ CDF	0,01 à 0,5	0,01 à 0,04	0,01 à 0,04	0,01 à 0,03

Annexe 2a Concentrations des BPC (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales

BPC Congénères	Martinville 1999-05-13	La Prairie 1999-06-10	CUQ 1999-07-05	Farnham 1999-07-09	Cookshire 1999-07-13
Trichlorobiphényles					
IUPAC n° 18	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 17	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 31	190,4	78,0	327,6	ND	421,2
IUPAC n° 28	122,4	150,8	390,0	ND	431,6
IUPAC n° 33	156,4	62,4	ND	ND	265,2
Tétrachlorobiphényles					
IUPAC n° 52	204,0	124,8	223,6	156,0	234,0
IUPAC n° 49	122,4	ND	ND	ND	114,4
IUPAC n° 44	68,0	67,6	104,0	62,4	124,8
IUPAC n° 74	61,2	26,0	37,4	ND	83,2
IUPAC n° 70	81,6	57,2	109,2	72,8	135,2
Pentachlorobiphényles					
IUPAC n° 95	129,2	93,6	135,2	ND	ND
IUPAC n° 101	190,4	ND	176,8	ND	156,0
IUPAC n° 99	61,2	52,0	ND	ND	ND
IUPAC n° 87	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 110	ND	67,6	83,2	ND	88,4
IUPAC n° 82	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 118	ND	36,4	ND	ND	ND
IUPAC n° 105	ND	ND	ND	ND	ND
Hexachlorobiphényles					
IUPAC n° 151	40,8	20,8	ND	ND	ND
IUPAC n° 149	ND	ND	88,4	72,8	ND
IUPAC n° 153	380,8	ND	ND	ND	62,4
IUPAC n° 132	13,6	31,2	ND	ND	ND
IUPAC n° 138	61,2	57,2	ND	ND	38,0
IUPAC n° 158	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 128	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 156	ND	ND	ND	ND	ND
Heptachlorobiphényles					
IUPAC n° 187	ND	52,0	52,0	ND	ND
IUPAC n° 183	ND	20,8	ND	ND	ND
IUPAC n° 177	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 171	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 180	217,6	ND	130,0	145,6	176,8
IUPAC n° 191	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 170	ND	ND	ND	ND	ND
Octachlorobiphényles					
IUPAC n° 199	ND	83,2	57,2	ND	119,6
IUPAC n° 195	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 194	122,4	ND	104,0	104,0	182,0
IUPAC n° 205	ND	ND	ND	ND	ND
Nonachlorobiphényles					
IUPAC n° 208	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 206	34,0	57,2	ND	ND	109,2
Décachlorobiphényles					
IUPAC n° 209	ND	31,2	5,2	364,0	ND
Planaires					
IUPAC n° 77		ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 126		ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 169	ND	5,2	ND	ND	ND
Total¹	2 257,6	1 175,2	2 023,8	977,6	2 742,0

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 2a Concentrations des BPC (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales (suite)

BPC Groupes homologues	Martinville 1999-05-13	La Prairie 1999-06-10	CUQ 1999-07-05	Farnham 1999-07-09	Cookshire 1999-07-13
Trichlorobiphényles	469,2	352,6	2600,0	3 250,0	2 132,0
Tétrachlorobiphényles	537,2	509,6	884,0	520,0	988,0
Pentachlorobiphényles	380,8	1172,6	520,0	2 340,0	1 248,0
Hexachlorobiphényles	482,8	109,2	88,4	72,8	98,8
Heptachlorobiphényles	217,6	67,6	182,0	145,6	176,8
Octachlorobiphényles	122,4	192,4	161,2	447,2	421,2
Nonachlorobiphényles	34,0	57,2	ND	ND	1 144,0
Décachlorobiphényles	ND	31,2	ND	364,0	ND
Total¹	2244,0	2492,4	4435,6	7139,6	6 240,0
Récupération (%)					
13C-TRI-CB	66	74	51	47	48
13C-TETRA-CB	66	63	60	64	63
13C-PENTA-CB	118	91	88	98	91
13C-HEXA-CB	91	99	95	97	93
13C-HEPTA-CB	103	122	103	87	96
13C-OCTA-CB	120	114	100	100	94
13C-NONA-CB	148	115	100	98	94
13C-IUPAC n° 77		86	98	96	74
13C-IUPAC n° 126		92	108	102	96
13C-IUPAC n° 169		92	109	103	88
Récupération moyenne	102	95	91	89	84

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 2b Concentrations des BPC selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales

BPC Congénères	Martinville 1999-05-31		La Prairie 1999-06-16		CUQ 1999-07-06	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
	pg/l		pg/l		pg/l	
Trichlorobiphényles						
IUPAC n° 18	78,0	29,0	374,0	270,0	221,0	210,0
IUPAC n° 17	26,0	ND	123,0	82,0	23,0	110,0
IUPAC n° 31	110,0	27,3	199,0	155,6	251,0	251,6
IUPAC n° 28	99,0	33,1	169,0	141,6	235,0	228,2
IUPAC n° 33	87,0	14,2	12,0	21,5	175,0	120,0
Tétrachlorobiphényles						
IUPAC n° 52	115,0	20,6	130,0	103,0	330,0	407,5
IUPAC n° 49	76,0	8,1	84,0	63,0	199,0	250,0
IUPAC n° 44	69,0	15,2	89,0	61,2	220,0	254,2
IUPAC n° 74	15,0	2,4	23,1	14,5	145,0	97,9
IUPAC n° 70	58,0	10,4	41,0	33,8	412,0	283,9
Pentachlorobiphényles						
IUPAC n° 95	46,0	5,8	39,0	32,8	435,0	232,4
IUPAC n° 101	94,0	13,3	73,0	56,0	660,0	400,1
IUPAC n° 99	22,0	ND	23,0	17,1	237,0	160,0
IUPAC n° 87	26,0	6,2	25,0	24,0	216,0	180,0
IUPAC n° 110	44,0	13,0	40,0	25,2	319,0	225,3
IUPAC n° 82	ND	ND	5,1	4,7	44,0	29,0
IUPAC n° 118	17,0	8,2	32,0	21,0	230,0	170,0
IUPAC n° 105	8,2	5,0	13,0	10,0	80,0	74,0
Hexachlorobiphényles						
IUPAC n° 151	17,0	3,0	6,8	4,9	99,0	55,0
IUPAC n° 149	55,0	27,0	19,0	28,0	306,0	195,0
IUPAC n° 153	59,0	0,0	28,4	36,0	262,0	200,0
IUPAC n° 132	15,0	3,9	7,0	ND	118,0	92,0
IUPAC n° 138	46,0	11,6	27,0	21,8	331,0	200,0
IUPAC n° 158	2,2	ND	3,0	ND	NDR	29,0
IUPAC n° 128	4,7	ND	ND	5,6	63,0	45,0
IUPAC n° 156	ND	ND	ND	ND	36,0	23,0
Heptachlorobiphényles						
IUPAC n° 187	14,0	17,0	ND	5,7	74,0	65,1
IUPAC n° 183	6,7	6,3	4,9	2,8	37,0	27,0
IUPAC n° 177	5,5	3,6	4,6	3,5	31,0	23,0
IUPAC n° 171	3,1	ND	ND	ND	17,0	ND
IUPAC n° 180	16,0	21,8	20,0	37,0	136,0	102,7
IUPAC n° 191	ND	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 170	5,1	8,6	8,0	5,9	58,0	40,0
Octachlorobiphényles						
IUPAC n° 199	8,9	20,0	5,2	27,3	20,0	37,8
IUPAC n° 195	1,7	3,7	1,9	5,9	ND	13,0
IUPAC n° 194	4,4	22,1	2,9	31,0	21,0	28,2
IUPAC n° 205	ND	1,3	ND	1,5	ND	ND
Nonachlorobiphényles						
IUPAC n° 208	1,5	5,2	1,5	5,5	ND	ND
IUPAC n° 206	6,2	31,1	2,3	16,8	ND	24,0
Décachlorobiphényles						
IUPAC n° 209	1,9	ND	ND	3,5	12,0	16,7
Planaires						
IUPAC n° 77	4,5	ND	3,9	3,3	27,0	ND
IUPAC n° 126	ND	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 169	ND	ND	ND	0,1	ND	ND
Total¹	1 268,6	398,1	1 640,6	1 383,1	6 080,0	4 900,6

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 2b Concentrations des BPC selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales (suite)

BPC Groupes homologues	Martinville 1999-05-31		La Prairie 1999-06-16		CUQ 1999-07-06	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
	pg/l		pg/l		pg/l	
Trichlorobiphényles	580,0	163,7	1 320,0	1 091,7	1 270,0	1 260,3
Tétrachlorobiphényles	586,0	99,9	590,0	501,5	2 640,0	2 350,5
Pentachlorobiphényles	284,0	55,6	275,0	177,1	2 580,0	1 682,9
Hexachlorobiphényles	219,0	45,6	108,4	123,9	1 390,0	965,0
Heptachlorobiphényles	74,1	64,6	51,0	63,2	436,0	319,8
Octachlorobiphényles	20,5	62,8	14,0	99,2	51,0	141,0
Nonachlorobiphényles	9,0	36,3	3,8	22,3	ND	24
Décachlorobiphényles	1,9	ND	ND	3,5	12,0	17,0
Total¹	1 774,6	528,5	2 362,2	2 082,4	8 379,0	6 760,5
Récupération (%)						
13C-TRI-CB	58 ^p ; 26 ^d	32	52 ^p ; 21 ^d	51	123 ^p ; 18 ^d	60
13C-TETRA-CB	85 ^p ; 39 ^d	39	69 ^p ; 27 ^d	68	156 ^p ; 25 ^d	66
13C-PENTA-CB	119 ^p ; 46 ^d	83	102 ^p ; 37 ^d	84	65 ^p ; 34 ^d	78
13C-HEXA-CB	135 ^p ; 53 ^d	57	122 ^p ; 43 ^d	86	56 ^p ; 38 ^d	80
13C-HEPTA-CB	112 ^p ; 52 ^d	72	99 ^p ; 38 ^d	92	63 ^p ; 38 ^d	79
13C-OCTA-CB	98 ^p ; 41 ^d	82	90 ^p ; 34 ^d	71	61 ^p ; 32 ^d	76
13C-NONA-CB	110 ^p ; 47 ^d	118	96 ^p ; 38 ^d	70	70 ^p ; 35 ^d	77
13C-IUPAC n° 77	102 ^p ; 60 ^d	63	95 ^p ; 34 ^d	76	97 ^p ; 50 ^d	83
13C-IUPAC n° 126	112 ^p ; 59 ^d	77	100 ^p ; 40 ^d	76	102 ^p ; 40 ^d	83
13C-IUPAC n° 169	114 ^p ; 58 ^d	71	90 ^p ; 34 ^d	76	94 ^p ; 41 ^d	101
Récupération moyenne	105^p; 48^d	69	92^p; 35^d	75	89^p; 35^d	78

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique ^p : particulaire ^d : dissous

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 2b Concentrations des BPC selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales (suite)

BPC Congénères	Farnham 1999-07-12		Cookshire 1999-07-12	
	Goulden	ECSOTE	Goulden ¹	ECSOTE ²
	pg/l		pg/l	
Trichlorobiphényles				
IUPAC n° 18	181,0	200,0	160,0	
IUPAC n° 17	DNQ	78,0	ND	
IUPAC n° 31	127,0	150,0	140,0	
IUPAC n° 28	115,0	140,0	140,0	
IUPAC n° 33	42,0	42,0	75,0	
Tétrachlorobiphényles				
IUPAC n° 52	107,0	181,3	200,0	
IUPAC n° 49	59,0	89,0	59,0	
IUPAC n° 44	73,0	86,5	72,0	
IUPAC n° 74	15,0	24,0	27,0	
IUPAC n° 70	55,0	77,9	72,0	
Pentachlorobiphényles				
IUPAC n° 95	91,0	140,0	180,0	
IUPAC n° 101	163,0	270,0	110,0	
IUPAC n° 99	53,0	95,0	37,0	
IUPAC n° 87	64,0	120,0	60,0	
IUPAC n° 110	107,0	140,0	61,0	
IUPAC n° 82	ND	ND	ND	
IUPAC n° 118	78,0	100,0	40,0	
IUPAC n° 105	30,0	46,0	ND	
Hexachlorobiphényles				
IUPAC n° 151	NDR	24,0	11,0	
IUPAC n° 149	88,0	95,9	53,0	
IUPAC n° 153	80,0	110,0	35,0	
IUPAC n° 132	43,0	32,0	ND	
IUPAC n° 138	97,0	110,0	32,0	
IUPAC n° 158	9,9	13,0	ND	
IUPAC n° 128	21,0	18,0	9,6	
IUPAC n° 156	NDR	ND	9,0	
Heptachlorobiphényles				
IUPAC n° 187	23,0	32,0	ND	
IUPAC n° 183	NDR	12,0	ND	
IUPAC n° 177	NDR	ND	ND	
IUPAC n° 171	6,1	ND	ND	
IUPAC n° 180	40,0	48,8	ND	
IUPAC n° 191	ND	ND	ND	
IUPAC n° 170	12,0	14,0	ND	
Octachlorobiphényles				
IUPAC n° 199	18,0	40,0	ND	
IUPAC n° 195	DNQ	ND	ND	
IUPAC n° 194	16,0	23,5	ND	
IUPAC n° 205	ND	ND	ND	
Nonachlorobiphényles				
IUPAC n° 208	10,0	26,0	ND	
IUPAC n° 206	57,0	92,0	ND	
Décachlorobiphényles				
IUPAC n° 209	11,0	109,6	ND	
Planaires				
IUPAC n° 77	7,3	ND	24,6	35,0
IUPAC n° 126	ND	ND	2,1	ND
IUPAC n° 169	ND	ND	ND	ND
Total³	1 899,3	2 780,5	1 609,3	

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié

NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Résultats pour la fraction dissoute seulement.

² Dosage impossible : échantillon trop chargé en matière organique.

³ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 2b Concentrations des BPC selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales (suite)

BPC Groupes homologues	Farnham 1999-07-12		Cookshire 1999-07-12	
	Goulden	ECSOTE	Goulden ¹	ECSOTE ²
	pg/l		pg/l	
Trichlorobiphényles	640,0	522,4	710,0	
Tétrachlorobiphényles	560,0	720,9	700,0	
Pentachlorobiphényles	622,0	377,9	640,0	
Hexachlorobiphényles	384,0	465,9	890,0	
Heptachlorobiphényles	94,0	121,8	780,0	
Octachlorobiphényles	34,0	154,9	12,0	
Nonachlorobiphényles	67,0	118,0	ND	
Décachlorobiphényles	11,0	0,0	ND	
Total³	2 412,0	2 481,8	3 732,0	
Récupération (%)				
13C-TRI-CB	63 ^p ; 27 ^d	26	27	
13C-TETRA-CB	96 ^p ; 41 ^d	45	37	
13C-PENTA-CB	81 ^p ; 60 ^d	46	37	
13C-HEXA-CB	78 ^p ; 70 ^d	58	43	
13C-HEPTA-CB	66 ^p ; 53 ^d	51	24	
13C-OCTA-CB	51 ^p ; 45 ^d	42	21	
13C-NONA-CB	66 ^p ; 51 ^d	48	24	
13C-IUPAC n° 77	85 ^p ; 70 ^d	67	100	
13C-IUPAC n° 126	93 ^p ; 66 ^d	68	96	
13C-IUPAC n° 169	82 ^p ; 71 ^d	70	120	
Récupération moyenne	76^p; 55^d	52	53	

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié

NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique ^p : particulière ^d : dissous

¹ Résultats pour la fraction dissoute seulement.

² Dosage impossible : échantillon trop chargé en matière organique.

³ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 3a Concentrations des BPC (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001

BPC Congénères	1999-05-13	1999-06-25	2000-12-01	2001-01-16
Trichlorobiphényles				
IUPAC n° 18	ND	ND	214,2	196
IUPAC n° 17	ND	ND	DNQ	36
IUPAC n° 31	ND	ND	ND	127
IUPAC n° 28	ND	ND	196,4	250
IUPAC n° 33	ND	ND	ND	127
Tétrachlorobiphényles				
IUPAC n° 52	130,0	135,2	157,1	303
IUPAC n° 49	ND	ND	NDR	107
IUPAC n° 44	78,0	ND	NDR	286
IUPAC n° 74	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 70	52,0	ND	58,9	123
Pentachlorobiphényles				
IUPAC n° 95	ND	ND	94,6	250
IUPAC n° 101	114,4	ND	164,2	232
IUPAC n° 99	ND	ND	48,2	ND
IUPAC n° 87	ND	ND	NDR	107
IUPAC n° 110	ND	ND	53,6	173
IUPAC n° 82	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 118	52,0	ND	ND	ND
IUPAC n° 105	ND	ND	ND	ND
Hexachlorobiphényles				
IUPAC n° 151	ND	ND	DNQ	9
IUPAC n° 149	ND	ND	NDR	ND
IUPAC n° 153	ND	ND	NDR	57
IUPAC n° 132	ND	ND	ND	43
IUPAC n° 138	52,0	ND	DNQ	66
IUPAC n° 158	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 128	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 156	ND	ND	ND	ND
Heptachlorobiphényles				
IUPAC n° 187	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 183	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 177	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 171	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 180	ND	ND	112,5	104
IUPAC n° 191	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 170	ND	ND	ND	ND
Octachlorobiphényles				
IUPAC n° 199	ND	ND	ND	41
IUPAC n° 195	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 194	ND	ND	92,8	75
IUPAC n° 205	ND	ND	ND	ND
Nonachlorobiphényles				
IUPAC n° 208	ND	26,0	ND	11
IUPAC n° 206	ND	ND	ND	ND
Décachlorobiphényles				
IUPAC n° 209	ND	452,4	16,1	ND
Planaires				
IUPAC n° 77		ND	DNQ	2
IUPAC n° 126		ND	ND	ND
IUPAC n° 169		ND	NDR	ND
Total¹	478,4	613,6	1 208,4	2 724,0

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 3a Concentrations des BPC (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001 (suite)

BPC Groupes homologues	1999-05-13	1999-06-25	2000-12-01	2001-01-16
Trichlorobiphényles	ND	ND	999,6	821
Tétrachlorobiphényles	260,0	135,2	339,2	1 196
Pentachlorobiphényles	166,4	780,0	785,4	893
Hexachlorobiphényles	52,0	ND	ND	232
Heptachlorobiphényles	ND	ND	112,5	104
Octachlorobiphényles	ND	ND	92,8	116
Nonachlorobiphényles	ND	26,0	446,3	57
Décachlorobiphényles	ND	452,4	125,0	4
Total¹	478,4	1 393,6	2 900,6	3 392,0
Récupération (%)				
13C-TRI-CB	71	52	37	53
13C-TETRA-CB	71	68	58	28
13C-PENTA-CB	119	96	76	53
13C-HEXA-CB	94	93	93	51
13C-HEPTA-CB	115	105	73	40
13C-OCTA-CB	118	107	71	87
13C-NONA-CB	160	76	63	39
13C-IUPAC n° 77		85	82	79
13C-IUPAC n° 126		90	83	85
13C-IUPAC n° 169		84	89	103
Récupération moyenne	107	86	73	62

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 3b Concentrations des BPC selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001

BPC Congénères	1999-05-25		1999-06-28		2000-12-04		2001-01-22	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
	pg/l		pg/l		pg/l		pg/l	
Trichlorobiphényles								
IUPAC n° 18	42,0	27,0	24,0	ND	29,0	7,0	23,0	13,0
IUPAC n° 17	20,0	9,7	ND	ND	11,0	7,5	DNQ	7,1
IUPAC n° 31	36,0	23,0	32,0	ND	20,0	16,0	20,0	11,9
IUPAC n° 28	28,0	39,0	23,0	33,0	11,0	8,0	12,0	2,0
IUPAC n° 33	24,0	16,0	24,0	ND	9,2	10,0	12,0	1,2
Tétrachlorobiphényles								
IUPAC n° 52	57,0	56,7	32,0	39,4	32,0	54,2	37,0	35,0
IUPAC n° 49	33,0	30,0	22,0	20,0	15,0	23,0	17,0	16,0
IUPAC n° 44	33,0	27,6	32,0	23,0	12,0	21,0	13,0	1,0
IUPAC n° 74	8,8	6,0	ND	ND	DNQ	4,8	4,5	3,9
IUPAC n° 70	21,0	15,1	20,2	21,0	8,0	10,7	10,0	7,1
Pentachlorobiphényles								
IUPAC n° 95	33,0	23,0	23,8	27,0	21,0	30,7	19,0	17,0
IUPAC n° 101	42,0	32,6	38,0	47,0	31,0	34,8	25,0	23,0
IUPAC n° 99	17,0	15,0	9,1	ND	13,0	12,3	9,3	13,0
IUPAC n° 87	17,0	15,0	ND	21,0	8,1	16,0	9,4	6,0
IUPAC n° 110	25,0	22,0	30,0	29,0	12,0	15,0	11,0	6,3
IUPAC n° 82	3,5	ND	ND	ND	ND	3,1	DNQ	ND
IUPAC n° 118	17,0	ND	21,6	21,0	9,0	12,0	7,9	9,7
IUPAC n° 105	8,4	7,5	ND	11,0	4,6	5,5	3,4	2,3
Hexachlorobiphényles								
IUPAC n° 151	6,7	6,4	ND	7,0	4,0	4,1	3,9	3,9
IUPAC n° 149	23,0	37,0	16,8	23,0	9,0	17,0	11,0	18,0
IUPAC n° 153	25,0	28,0	25,0	27,0	11,0	15,0	7,9	10,8
IUPAC n° 132	12,0	9,8	10,4	ND	3,1	6,6	2,9	ND
IUPAC n° 138	32,0	32,1	17,0	26,0	12,0	17,0	11,0	10,3
IUPAC n° 158	2,7	2,1	1,7	4,0	ND	1,2	1,2	0,8
IUPAC n° 128	6,4	ND	7,3	7,0	2,0	2,9	2,8	ND
IUPAC n° 156	ND	2,5	1,7	ND	ND	ND	ND	ND
Heptachlorobiphényles								
IUPAC n° 187	5,4	12,0	4,2	11,0	3,6	NDR	NDR	3,4
IUPAC n° 183	3,3	ND	ND	5,0	1,8	ND	ND	ND
IUPAC n° 177	3,4	ND	ND	ND	ND	0,0	1,1	ND
IUPAC n° 171	2,9	3,2	ND	ND	ND	0,0	ND	ND
IUPAC n° 180	10,0	29,0	9,5	18,0	5,2	7,7	3,3	6,2
IUPAC n° 191	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
IUPAC n° 170	7,1	ND	3,5	ND	ND	4,1	NDR	ND
Octachlorobiphényles								
IUPAC n° 199	ND	8,9	ND	9,0	ND	NDR	NDR	1,1
IUPAC n° 195	2,3	2,4	ND	ND	ND	1,3	DNQ	ND
IUPAC n° 194	4,2	9,0	ND	15,0	ND	1,6	0,9	1,0
IUPAC n° 205	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Nonachlorobiphényles								
IUPAC n° 208	ND	ND	1,4	2,5	ND	NDR	ND	0,7
IUPAC n° 206	2,2	9,0	ND	13,0	DNQ	NDR	NDR	1,4
Décachlorobiphényles								
IUPAC n° 209	2,4	3,1	ND	0,0	ND	4,0	ND	ND
Planaires								
IUPAC n° 77			1,8	1,1	0,3	ND	NDR	0,3
IUPAC n° 126			ND	ND	0,1	ND	ND	ND
IUPAC n° 169	ND	ND	ND	ND	0,1	0,1	ND	ND
Total¹	616,7	559,7	432,0	461,1	298,1	374,2	279,5	233,4

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 3b Concentrations des BPC selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001 (suite)

BPC Groupes homologues	1999-05-25		1999-06-28		2000-12-04		2001-01-22	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
	pg/l		pg/l		pg/l		pg/l	
Trichlorobiphényles	200,0	140,0	88,0	33,0	100,0	54,0	110,0	54,0
Tétrachlorobiphényles	280,0	225,4	513,0	172,4	140,0	201,0	140,0	163,0
Pentachlorobiphényles	190,0	120,7	123,0	236,3	100,0	136,0	92,0	90,0
Hexachlorobiphényles	120,0	137,1	83,0	100,0	41,0	69,0	46,0	46,0
Heptachlorobiphényles	37,0	44,0	17,4	41,0	11,0	11,7	4,4	9,2
Octachlorobiphényles	8,3	23,0	2,6	28,0	ND	2,9	0,9	2,1
Nonachlorobiphényles	2,2	18,0	1,4	148,5	ND	0,0	ND	2,6
Décachlorobiphényles	2,4	3,1	ND	74,7	ND	0,0	ND	ND
Total¹	839,9	711,3	828,4	833,9	392,0	474,6	393,3	367,0
Récupération (%)								
13C-TRI-CB	71	71	25 ^p ; 41 ^d	56	54	55	58	56
13C-TETRA-CB	72	64	30 ^p ; 34 ^d	63	82	75	93	98
13C-PENTA-CB	100	109	59 ^p ; 52 ^d	80	76	98	93	95
13C-HEXA-CB	70	74	65 ^p ; 47 ^d	74	100	108	80	90
13C-HEPTA-CB	93	97	69 ^p ; 73 ^d	77	75	86	111	87
13C-OCTA-CB	82	83	76 ^p ; 58 ^d	74	76	88	112	105
13C-NONA-CB	92	95	74 ^p ; 56 ^d	79	75	81	111	106
13C-IUPAC n° 77			99 ^p ; 80 ^d	73	90	92	74	69
13C-IUPAC n° 126			96 ^p ; 71 ^d	83	85	84	78	74
13C-IUPAC n° 169			104 ^p ; 68 ^d	74	89	95	92	93
Récupération moyenne	83	85	70^p; 58^d	73	80	86	90	87

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

^p : particulière ^d : dissous

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 4a Concentrations des HAP (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales

HAP	Martinville 1999-05-13	La Prairie 1999-06-10	CUQ 1999-07-05	Farnham 1999-07-09	Cookshire 1999-07-13
HAP (groupe 1)					
Benzo[a]anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
Chrysène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[b]fluoranthène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[j+k]fluoranthène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[a]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[ac]+[ah]anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
5-méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]acridine	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]acridine	ND	ND	ND	ND	ND
7H-Dibenzo[c,g]carbazole	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,l]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,i]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
HAP (groupe 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HAP (groupe 2 et autres)					
Acénaphène	ND	ND	ND	ND	ND
Acénaphthylène	ND	ND	ND	ND	ND
Anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo(g,h,i)pérylène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo(e)pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Fluoranthène	ND	3 432,0	4 576,0	ND	6 240,0
Fluorène	ND	ND	ND	ND	ND
Naphtalène	306 000,0	520 000,0	1 092 000,0	43 160,0	78 000,0
Pérylène	ND	ND	ND	ND	ND
Phénanthrène	8 840,0	8 840,0	9 880,0	7 800,0	16 120,0
Pyrène	1 836,0	4 108,0	21 320,0	4 472,0	33 800,0
1-Méthylnaphtalène	ND	19 240,0	22 880,0	7 280,0	18 200,0
2-Méthylnaphtalène	8 160,0	27 560,0	21 320,0	10 400,0	13 000,0
1,3-Diméthylnaphtalène	ND	8 840,0	ND	ND	4 160,0
2-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	ND	ND
1-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	ND	ND
2,3,5-Triméthylnaphtalène	ND	ND	ND	ND	ND
Carbazole	ND	ND	ND	ND	ND
2-Méthylfluoranthène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[c]phénanthrène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[c]acridine	ND	ND	ND	ND	ND
Cyclopenta[c,d]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
2-Méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND
3-Méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND
4+6-Méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND
1-Nitropyrene	ND	ND	ND	ND	ND
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
3-Méthylcholanthrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
Anthanthrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]fluoranthène	ND	ND	ND	ND	ND
Coronène	ND	ND	ND	ND	ND
HAP totaux¹	326 944,0	592 020,0	1 171 976,0	73 112,0	169 520,0
Récupération (%)					
Acénaphène-D10	67	61	64	65	61
Anthracène-D10	56	84	77	68	50
Pyrène-D10	80	100	84	65	74
Chrysène-D12	102	89	95	96	83
Benzo(a)pyrène-D12	63	98	95	73	42
Dibenzo(a,h)anthracène-D12	90	102	96	74	85
Récupération moyenne	76	89	85	74	66

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 4b Concentrations des HAP selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales

HAP	Martinville 1999-05-31		La Prairie 1999-06-16		CUQ 1999-07-06	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
HAP (groupe 1)	ng/l		ng/l		ng/l	
Benzo[a]anthracène	0,69	ND	1,60	1,20	DNQ	3,70
Chrysène	DNQ	ND	2,10	2,00	9,00	8,10
Benzo[b]fluoranthène	ND	ND	2,10	1,20	6,40	4,60
Benzo[j+k]fluoranthène	ND		2,20	1,80	4,30	2,50
Benzo[a]pyrène	0,50	ND	1,90	1,40	DNQ	2,30
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène	ND	ND	1,20	0,87	0,99	1,30
Dibenzo[ac]+[ah]anthracène	ND	ND	0,40	0,26	0,51	0,51
5-méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]acridine	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]acridine	ND	ND	ND	ND		ND
7H-Dibenzo[c,g]carbazole	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,l]pyrène	ND	ND	0,76	ND	DNQ	ND
Dibenzo[a,e]pyrène	ND	ND	0,23	ND	DNQ	0,43
Dibenzo[a,i]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sous total (groupe 1)	1,19	0,00	12,49	8,73	21,20	23,44
HAP (groupe 2 et autres)						
Acénaphène	DNQ	ND	ND	ND	9,20	3,70
Acénaphthylène	1,20	ND	ND	ND	DNQ	ND
Anthracène	DNQ	ND	0,62	ND	DNQ	ND
Benzo(g,h,i)peryène	ND	ND	1,70	1,60	2,60	2,00
Benzo(e)pyrène	0,50	ND	2,00	1,70	3,30	3,90
Fluoranthène¹	6,20	ND	7,60	4,91	18,80	10,74
Fluorène	2,70	3,40	6,50	2,40	19,40	12,00
Naphtalène¹	44,00	10,86	19,80	0,00	102,30	0,00
Péryène	0,50	ND	DNQ	0,96	ND	ND
Phénanthrène¹	19,50	6,41	15,50	5,11	50,00	10,45
Pyrène¹	3,40	3,00	14,00	13,77	25,00	22,81
1-Méthylnaphtalène¹	21,00	24,00	2,90	1,82	71,88	21,72
2-Méthylnaphtalène¹	47,00	44,54	3,90	1,96	111,70	19,81
1,3-Diméthylnaphtalène	6,70	7,70	3,60	ND	71,40	30,00
2-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	ND	ND	0,19
1-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	0,61	ND	0,20
2,3,5-Triméthylnaphtalène	0,97	ND	1,70	2,10	17,75	14,00
Carbazole	3,40	ND	9,53	2,80	20,79	11,00
2-Méthylfluoranthène	ND	ND	DNQ	ND	DNQ	3,90
Benzo[c]phénanthrène	ND	ND	DNQ	ND	ND	ND
Benzo[c]acridine	ND	ND	0,16	ND	DNQ	0,80
Cyclopenta[c,d]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-Méthylchrysène	ND	ND	0,21	ND	1,71	1,70
3-Méthylchrysène	ND	ND	0,57	0,58	4,03	3,80
4+6-Méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	0,64	0,62
1-Nitropyrene	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène	0,90	ND	ND	ND	ND	ND
3-Méthylcholanthrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]anthracène	ND	ND	0,24	0,14	DNQ	ND
Anthanthrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]fluoranthène	ND	ND	0,40	ND	DNQ	ND
Coronène	ND	ND	0,43	ND	0,70	0,83
HAP totaux²	18,06	11,10	40,15	21,62	172,72	112,08
Récupération (%)						
Acénaphène-D10	83 ^p ; 61 ^d	60	70 ^p ; 70 ^d	66	57 ^p ; 57 ^d	84
Anthracène-D10	85 ^p ; 70 ^d	69	84 ^p ; 72 ^d	76	86 ^p ; 52 ^d	83
Pyrène-D10	94 ^p ; 62 ^d	76	104 ^p ; 61 ^d	86	93 ^p ; 49 ^d	80
Chrysène-D12	162 ^p ; 77 ^d	88	102 ^p ; 70 ^d	82	102 ^p ; 44 ^d	74
Benzo(a)pyrène-D12	107 ^p ; 49 ^d	66	84 ^p ; 47 ^d	66	103 ^p ; 32 ^d	68
Dibenzo(a,h)anthracène-D12	107 ^p ; 34 ^d	65	108 ^p ; 30 ^d	66	120 ^p ; 21 ^d	98
Récupération moyenne	106^p; 59^d	71	92^p; 58^d	74	94^p; 43^d	81

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique ^p : particulaire ^d : dissous

¹ Les teneurs de ces composés ne sont pas incluses dans la somme des HAP totaux.

² Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 4b Concentrations des HAP selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales (suite)

HAP	Farnham 1999-07-12		Cookshire 1999-07-13	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
HAP (groupe 1)	ng/l		ng/l	
Benzo[a]anthracène	0,80	1,80	ND	ND
Chrysène	1,80	3,50	DNQ	ND
Benzo[b]fluoranthène	2,20	5,00		
Benzo[j+k]fluoranthène	1,70	3,70		
Benzo[a]pyrène	1,20	2,20	ND	ND
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène	0,93	1,80	DNQ	DNQ
Dibenzo[ac]+[ah]anthracène	0,22	0,52	ND	ND
5-méthylchrysène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]acridine	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]acridine	ND	ND		
7H-Dibenzo[c,g]carbazole	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,l]pyrène	0,46	0,78	ND	ND
Dibenzo[a,e]pyrène	0,15	0,23	ND	ND
Dibenzo[a,i]pyrène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]pyrène	ND	ND	ND	ND
Sous total (groupe 1)	9,46	19,53	0,00	0,00
HAP (groupe 2 et autres)				
Acénaphène	DNQ	ND	DNQ	23,00
Acénaphthylène	ND	ND	ND	ND
Anthracène	DNQ	ND	ND	ND
Benzo(g,h,i)pérylène	1,20	2,30	4,50	10,00
Benzo(e)pyrène	1,60	3,20	DNQ	ND
Fluoranthène¹	5,47	6,00	10,30	DNQ
Fluorène	1,30	1,00	DNQ	ND
Naphtalène¹	10,00	3,50	4,70	14,63
Pérylène	0,36	0,72	ND	ND
Phénanthrène¹	13,70	3,46	14,00	ND
Pyrène	9,90	19,75	36,00	40,11
1-Méthylnaphtalène¹	2,90	1,09	1,30	2,48
2-Méthylnaphtalène¹	5,20	1,82	1,10	0,27
1,3-Diméthylnaphtalène	3,00	1,20	DNQ	DNQ
2-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	20,00
1-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	4,20
2,3,5-Triméthylnaphtalène	DNQ	ND	DNQ	ND
Carbazole	1,64	0,86	0,60	ND
2-Méthylfluoranthène	0,24	ND	ND	ND
Benzo[c]phénanthrène	DNQ	ND	ND	ND
Benzo[c]acridine	0,10	0,36	ND	ND
Cyclopenta[c,d]pyrène	ND	ND	ND	ND
2-Méthylchrysène	0,26	0,47	DNQ	DNQ
3-Méthylchrysène	0,55	1,10	10,80	15,00
4+6-Méthylchrysène	0,09	ND	ND	ND
1-Nitropyrene	ND	ND	ND	ND
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène	ND	ND	ND	ND
3-Méthylcholanthrène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]anthracène	0,13	0,24	ND	ND
Anthanthrène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]fluoranthène	0,24	0,52	ND	ND
Coronène	0,43	0,57	3,76	ND
HAP totaux²	20,60	32,07	19,66	72,20
Récupération (%)				
Acénaphène-D10	61 ^p ; 67 ^d	66	90 ^p ; 73 ^d	83
Anthracène-D10	89 ^p ; 72 ^d	70	95 ^p ; 67 ^d	84
Pyrène-D10	99 ^p ; 72 ^d	78	105 ^p ; 61 ^d	102
Chrysène-D12	101 ^p ; 69 ^d	71	100 ^p ; 43 ^d	74
Benzo(a)pyrène-D12	87 ^p ; 61 ^d	53	99 ^p ; 39 ^d	73
Dibenzo(a,h)anthracène-D12	96 ^p ; 42 ^d	58	109 ^p ; 32 ^d	76
Récupération moyenne	89^p; 64^d	66	100^p; 53^d	82

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié

NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique p : particulaire d : dissous

¹ Les teneurs de ces composés ne sont pas incluses dans la somme des HAP totaux.

² Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 5a Concentrations des HAP (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001

HAP	1999-05-13	1999-06-17	1999-06-25	2000-12-01	2001-01-16
HAP (groupe 1)					
Benzo[a]anthracène	ND	ND	ND	DNQ	ND
Chrysène	ND	ND	ND	DNQ	ND
Benzo[b]fluoranthène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[j+k]fluoranthène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[a]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[ac]+[ah]anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
5-méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]acridine	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]acridine	ND	ND	ND	ND	ND
7H-Dibenzo[c,g]carbazole	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,l]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,i]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
HAP (groupe 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HAP (groupe 2 et autres)					
Acénaphène	ND	ND	ND	ND	ND
Acénaphthylène	ND	ND	ND	7 140,0	DNQ
Anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo(g,h,i)pérylène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo(e)pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
Fluoranthène	3 224,0	5 200,0	3 744,0	4 998,0	5 533,5
Fluorène	ND	ND	ND	7 318,5	5 533,5
Naphthalène	93 600,0	124 800,0	114 400,0	37 485,0	49 980,0
Pérylène	ND	ND	ND	ND	ND
Phénanthrène	8 320,0	10 920,0	7 800,0	11 245,5	12 852,0
Pyrène	8 840,0	15 600,0	12 480,0	30 345,0	16 957,5
1-Méthylnaphtalène	6 760,0	9 880,0	6 760,0	10 353,0	16 600,5
2-Méthylnaphtalène	11 440,0	16 640,0	10 400,0	16 422,0	28 560,0
1,3-Diméthylnaphtalène	ND	ND	ND	15 172,5	14 101,5
2-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	ND	ND
1-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	ND	ND
2,3,5-Triméthylnaphtalène	ND	ND	ND	7 675,5	DNQ
Carbazole	ND	ND	ND	ND	ND
2-Méthylfluoranthène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[c]phénanthrène	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[c]acridine	ND	ND	ND	ND	ND
Cyclopenta[c,d]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND
2-Méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND
3-Méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND
4+6-Méthylchrysène	ND	ND	ND	ND	ND
1-Nitropyrene	ND	ND	ND	ND	ND
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
3-Méthylcholanthrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]anthracène	ND	ND	ND	ND	ND
Anthanthrène	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]fluoranthène	ND	ND	ND	ND	ND
Coronène	ND	ND	ND	ND	ND
HAP totaux¹	132 184,0	183 040,0	155 584,0	148 155,0	150 118,5
Récupération (%)					
Acénaphène-D10	57	73	72	71	77
Anthracène-D10	85	78	80	79	79
Pyrène-D10	85	90	96	83	79
Chrysène-D12	87	92	98	83	102
Benzo(a)pyrène-D12	91	88	88	83	97
Dibenzo(a,h)anthracène-D12	81	89	111	90	104
Récupération moyenne	81	85	91	82	90

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 5b Concentrations des HAP selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001

HAP	1999-05-25		1999-06-21		1999-06-28	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
HAP (groupe 1)	ng/l		ng/l		ng/l	
Benzo[a]anthracène	1,10	0,97	0,27	ND	0,40	0,59
Chrysène	3,70	3,50	0,56	0,65	0,99	0,54
Benzo[b]fluoranthène	4,50	3,60	0,52	0,41	0,81	2,40
Benzo[j+k]fluoranthène	3,10	2,20	0,39	0,31	0,65	1,50
Benzo[a]pyrène	1,90	1,70	0,31	0,25	0,49	0,96
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène	1,60	1,40	0,30	0,19	0,50	0,75
Dibenzo[ac]+[ah]anthracène	0,34	0,30	0,07	ND	0,13	0,18
5-méthylchrysène	0,43	ND	ND	ND	ND	0,43
Dibenzo[a,h]acridine		ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]acridine	0,18	ND	ND	ND	ND	ND
7H-Dibenzo[c,g]carbazole	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,l]pyrène	0,70	0,71	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]pyrène	0,21	0,17	0,04	ND	0,07	0,10
Dibenzo[a,i]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sous total (groupe 1)	17,76	14,55	2,46	1,81	4,04	7,45
HAP (groupe 2 et autres)						
Acénaphène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Acénaphthylène	ND	ND	1,80	ND	ND	ND
Anthracène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Benzo[g,h,i]pérylène	3,40	2,80	1,30	1,30	0,80	1,10
Benzo(e)pyrène	2,80	2,40	0,46	0,48	0,69	1,30
Fluoranthène¹	8,50	6,52	4,65	0,76	3,80	3,09
Fluorène	0,98	0,97	2,70	ND	ND	ND
Naphtalène¹	ND	0,00	5,30	0,00	3,50	0,00
Pérylène	1,70	1,30	0,71	0,55	1,10	1,50
Phénanthrène¹	6,10	2,73	6,20	0,00	4,40	1,26
Pyrène	11,00	23,51	7,50	9,97	4,70	3,20
1-Méthylnaphtalène¹	1,20	0,62	15,00	0,00	2,40	0,00
2-Méthylnaphtalène¹	1,40	0,86	20,00	0,00	3,40	1,42
1,3-Diméthylnaphtalène	2,30	1,10	5,90	1,30	1,40	0,85
2-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1-Chloronaphtalène	ND	0,10	ND	ND	ND	0,07
2,3,5-Triméthylnaphtalène	2,40	0,86	0,59	0,49	1,20	0,91
Carbazole	1,80	1,50	1,72	ND	1,63	1,40
2-Méthylfluoranthène	0,42	0,37	ND	ND	ND	0,26
Benzo[c]phénanthrène	0,32	0,27	ND	ND	ND	ND
Benzo[c]acridine	0,20	0,35	ND	ND	ND	0,26
Cyclopenta[c,d]pyrène	ND	ND	ND	ND	ND	0,43
2-Méthylchrysène	ND	0,27	ND	ND	0,15	0,23
3-Méthylchrysène	ND	0,54	0,16	ND	0,31	0,54
4+6-Méthylchrysène	0,20	ND	ND	ND	ND	ND
1-Nitropyrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3-Méthylcholanthrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]anthracène		0,19	0,04	ND	0,09	0,12
Anthanthrène	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]fluoranthène	0,46	0,42	ND	ND	ND	ND
Coronène	0,94	1,10	0,43	0,48	0,31	0,54
HAP totaux²	35,68	29,09	18,26	6,41	11,72	16,96
Récupération (%)						
Acénaphène-D10	70	66	60 ^P ; 57 ^d	56	53 ^P ; 61 ^d	56
Anthracène-D10	83	90	71 ^P ; 77 ^d	74	69 ^P ; 74 ^d	67
Pyrène-D10	84	100	90 ^P ; 65 ^d	81	80 ^P ; 85 ^d	83
Chrysène-D12	68	82	74 ^P ; 57 ^d	68	72 ^P ; 68 ^d	76
Benzo(a)pyrène-D12	76	85	82 ^P ; 72 ^d	66	77 ^P ; 73 ^d	66
Dibenzo(a,h)anthracène-D12	85	92	85 ^P ; 60 ^d	71	80 ^P ; 61 ^d	82
Récupération moyenne	78	86	71	69	71	72

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique ^P : particulière ^d : dissous

¹ Les teneurs de ces composés ne sont pas incluses dans la somme des HAP totaux.

² Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 5b Concentrations des HAP selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001 (suite)

HAP	2000-12-04		2001-01-22	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
HAP (groupe 1)	ng/l		ng/l	
Benzo[a]anthracène	0,43	0,35	0,22	0,15
Chrysène	1,30	1,20	0,46	0,31
Benzo[b]fluoranthène		1,50		0,44
Benzo[j+k]fluoranthène		0,87		0,27
Benzo[a]pyrène	0,54	0,50	DNQ	DNQ
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène	0,48	0,48	DNQ	0,11
Dibenzo[ac]+[ah]anthracène	DNQ	0,12	DNQ	0,06
5-méthylchrysène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]acridine	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]acridine				
7H-Dibenzo[c,g]carbazole	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,l]pyrène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]pyrène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,i]pyrène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,h]pyrène	ND	ND	ND	ND
Sous total (groupe 1)	2,75	5,02	0,68	1,34
HAP (groupe 2 et autres)				
Acénaphène	ND	ND	DNQ	DNQ
Acénaphthylène	1,30	0,70	DNQ	DNQ
Anthracène	ND	ND	DNQ	DNQ
Benzo(g,h,i)pérylène	0,72	1,10	0,29	0,32
Benzo(e)pyrène	0,96	0,96	0,33	0,38
Fluoranthène¹	2,80	2,02	1,50	0,69
Fluorène	2,00	0,99	1,50	0,57
Naphtalène¹	5,60	6,30	4,80	4,10
Pérylène	0,92	1,10	0,85	0,79
Phénanthrène¹	5,70	2,87	7,10	1,08
Pyrène	3,00	2,50	2,70	1,45
1-Méthylnaphtalène¹	2,20	1,82	1,80	1,27
2-Méthylnaphtalène¹	2,90	2,08	2,30	1,20
1,3-Diméthylnaphtalène	2,90	1,15	1,90	0,91
2-Chloronaphtalène	ND	ND	ND	ND
1-Chloronaphtalène	ND	ND	DNQ	ND
2,3,5-Triméthylnaphtalène	1,20	0,97	1,00	DNQ
Carbazole	0,85	1,10	0,41	0,61
2-Méthylfluoranthène	ND	ND	ND	ND
Benzo[c]phénanthrène	ND	ND	ND	DNQ
Benzo[c]acridine	ND	ND	ND	ND
Cyclopenta[c,d]pyrène	ND	ND	ND	ND
2-Méthylchrysène	0,11	0,12	DNQ	DNQ
3-Méthylchrysène	0,22	0,22	0,13	0,09
4+6-Méthylchrysène	DNQ	ND	DNQ	ND
1-Nitropyrene	ND	ND	ND	ND
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène	ND	ND	ND	ND
3-Méthylcholanthrène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,j]anthracène	ND	0,07	ND	0,04
Anthanthrène	ND	ND	ND	ND
Dibenzo[a,e]fluoranthène	ND	ND	ND	ND
Coronène	0,20	0,40	0,13	0,13
HAP totaux²	14,13	13,90	7,22	5,56
Récupération (%)				
Acénaphène-D10	68	68	75	78
Anthracène-D10	78	75	79	82
Pyrène-D10	72	86	90	99
Chrysène-D12	82	79	84	87
Benzo(a)pyrène-D12	88	78	85	75
Dibenzo(a,h)anthracène-D12	91	82	92	102
Récupération moyenne	80	78	84	87

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les teneurs de ces composés ne sont pas incluses dans la somme des HAP totaux.

² Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 6a Concentrations des dioxines et des furanes chlorés (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales

Dioxines et furanes chlorés - congénères	Martinville 1999-05-13	La Prairie 1999-06-10	CUQ 1999-07-05	Farnham 1999-07-09	Cookshire 1999-07-13
Dioxines chlorées	36 097				
2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	ND	ND	0,9	1,1	ND
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	ND	ND	1,9	ND	2,1
O ₈ CDD	ND	166,4	19,2	16,1	13,5
Furanes chlorés					
2,3,7,8-T ₄ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	ND	ND	ND	0,7	ND
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
O ₈ CDF	ND	19,2	1,3	ND	4,2
Groupes homologues					
Dioxines chlorées					
T ₄ CDD	ND	ND	ND	2,5	ND
P ₅ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
H ₆ CDD	ND	ND	0,9	1,1	ND
H ₇ CDD	ND	14,6	3,2	ND	2,1
O ₈ CDD	ND	166,4	19,2	16,1	13,5
Total dioxines¹	0,0	181	23,3	19,8	15,7
Furanes chlorés					
T ₄ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
H ₇ CDF	ND	10,9	ND	0,7	ND
O ₈ CDF	ND	19,2	1,3	ND	4,2
Total furanes¹	0,0	30,1	1,3	0,7	4,2
Récupération (%)					
13C-2,3,7,8-T ₄ CDD	88	88	86	100	88
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	81	77	74	97	85
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	95	88	87	94	81
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	87	88	100	144	96
13C- O ₈ CDD	94	91	89	121	94
13C-2,3,7,8-T ₄ CDF	99	84	86	105	90
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDF	76	74	68	74	78
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	102	94	73	90	85
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	95	89	95	118	84
Récupération moyenne	91	86	84	105	87

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 6b Concentrations des dioxines et des furanes chlorés selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales

Dioxines et furanes chlorés - congénères	Martinville 1999-05-31		La Prairie 1999-06-16		CUQ 1999-07-06	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE ³	Goulden	ECSOTE
	pg/l		pg/l		pg/l	
Dioxines chlorées					36 096	36 579
2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	ND		ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	ND	ND	ND		ND	0,11
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	ND		ND	ND
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	ND		NDR	0,16
1,2,3,7,8,9-H ₇ CDD	ND	ND	ND		ND	0,09
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	1,26	0,21	0,88		3,70	2,89
O ₈ CDD	19,80	1,10	7,50		28,66	23,92
Équivalents toxiques¹ dioxines	0,033	0,003	0,016		0,066	0,133
Furanes chlorés						
2,3,7,8-T ₄ CDF	ND	0,09	ND		DNQ	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND		ND	ND
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND		ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	ND	0,08	ND		DNQ	ND
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND		ND	ND
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND		DNQ	ND
1,2,3,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	ND		ND	ND
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	NDR	0,72	ND		NDR	ND
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	0,17	ND		ND	ND
O ₈ CDF	NDR	1,60	0,40		2,63	1,93
Équivalents toxiques furanes	0,000	0,028	0,000		0,003	0,002
Équivalents toxiques totaux	0,033	0,031	0,016		0,069	0,135
Dioxines chlorées						
T ₄ CDD	0,90	0,89	ND		2,00	2,90
P ₅ CDD	ND	ND	ND		0,26	0,11
H ₆ CDD	0,07	ND	ND		0,59	1,05
H ₇ CDD	2,66	0,40	0,88		6,75	5,42
O ₈ CDD	19,80	1,10	7,50		28,66	23,92
Total dioxines²	23,43	2,39	8,38		38,26	33,41
Furanes chlorés						
T ₄ CDF	ND	0,09	ND		ND	0,32
P ₅ CDF	ND	ND	ND		0,31	0,47
H ₆ CDF	ND	0,21	ND		0,50	0,68
H ₇ CDF	ND	1,10	ND		ND	2,90
O ₈ CDF	ND	1,60	0,40		2,63	1,93
Total furanes²	0,00	3,00	0,40		3,44	3,40
13C-2,3,7,8-T ₄ CDD	97 ^p ; 100 ^d	75	76 ^p ; 79 ^d	75	107 ^p ; 92 ^d	73
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	104 ^p ; 94 ^d	68	78 ^p ; 82 ^d	67	89 ^p ; 88 ^d	75
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	94 ^p ; 100 ^d	78	80 ^p ; 79 ^d	72	105 ^p ; 92 ^d	75
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	96 ^p ; 98 ^d	84	82 ^p ; 80 ^d	69	82 ^p ; 92 ^d	90
13C- O ₈ CDD	87 ^p ; 86 ^d	82	82 ^p ; 72 ^d	71	78 ^p ; 88 ^d	78
13C-2,3,7,8-T ₄ CDF	106 ^p ; 94 ^d	100	86 ^p ; 80 ^d	90	88 ^p ; 84 ^d	73
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDF	84 ^p ; 80 ^d	63	70 ^p ; 73 ^d	61	89 ^p ; 76 ^d	63
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	81 ^p ; 92 ^d	70	70 ^p ; 69 ^d	79	84 ^p ; 88 ^d	70
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	90 ^p ; 92 ^d	81	86 ^p ; 76 ^d	74	82 ^p ; 82 ^d	89
Récupération moyenne	93^p; 93^d	78	79^p; 77^d	73	89^p; 87^d	76

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique ^p : particulière ^d : dissous

¹ Concentration exprimée en équivalents toxiques de la 2,3,7,8-T₄CDD.

² Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

³ Données non rapportées; le blanc (10 juin 1999) précédant l'échantillon de La Prairie montre une contamination inhabituelle en dioxines et en furanes.

Annexe 6b Concentrations des dioxines et des furanes chlorés selon les méthodes Goulден et ECSOTE dans les échantillons d'eaux usées prélevés aux stations d'épuration municipales (suite)

Dioxines et furanes chlorés – congénères	Farnham 1999-07-12		Cookshire 1999-07-13	
	Goulден	ECSOTE	Goulден	ECSOTE
	pg/l		pg/l	
Dioxines chlorées	36 584		36 581	
2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	ND	ND	0,33	1,30
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	0,40	0,85
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	NDR	0,23	1,55	2,30
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	DNQ	ND	1,26	2,00
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	3,30	5,10	15,50	23,88
O ₈ CDD	29,26	37,10	65,20	84,24
Équivalents toxiques¹ dioxines	0,062	0,111	0,706	1,488
Furanes chlorés				
2,3,7,8-T ₄ CDF	DNQ	ND	7,40	24,00
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	1,06	3,90
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	DNQ	2,90
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	1,90
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	ND	0,10	3,30	14,00
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0,63	0,96	2,77	5,10
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	DNQ	1,60
O ₈ CDF	1,30	2,10	3,34	3,87
Équivalents toxiques furanes	0,008	0,022	1,631	6,301
Équivalents toxiques totaux	0,070	0,133	2,337	7,789
Groupes homologues				
Dioxines chlorées				
T ₄ CDD	0,34	0,18	6,16	24,00
P ₅ CDD	ND	ND	2,60	49,00
H ₆ CDD	0,72	1,24	16,93	24,00
H ₇ CDD	6,20	9,30	26,50	40,88
O ₈ CDD	29,26	37,10	65,20	84,24
Total dioxines²	36,52	47,82	117,39	222,12
Furanes chlorés				
T ₄ CDF	ND	ND	94,60	590,00
P ₅ CDF	2,70	4,70	382,00	1200,00
H ₆ CDF	0,13	0,54	23,60	70,00
H ₇ CDF	1,40	2,16	3,14	12,00
O ₈ CDF	1,30	2,10	3,34	3,87
Total furanes²	5,53	9,50	506,68	1875,87
Récupération (%)				
13C-2,3,7,8-T ₄ CDD	91 ^p ; 100 ^d	69	89 ^p ; 84 ^d	76
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	103 ^p ; 84 ^d	58	99 ^p ; 102 ^d	74
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	104 ^p ; 92 ^d	66	104 ^p ; 98 ^d	72
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	103 ^p ; 88 ^d	59	100 ^p ; 96 ^d	85
13C- O ₈ CDD	90 ^p ; 78 ^d	55	99 ^p ; 88 ^d	70
13C-2,3,7,8-T ₄ CDF	91 ^p ; 92 ^d	61	92 ^p ; 92 ^d	73
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDF	88 ^p ; 72 ^d	47	93 ^p ; 88 ^d	70
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	103 ^p ; 90 ^d	59	95 ^p ; 92 ^d	69
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	98 ^p ; 90 ^d	61	90 ^p ; 82 ^d	80
Récupération moyenne	97^p; 87^d	59	96^p; 91^d	74

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié

NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique P : particulière d : dissous

¹ Concentration exprimée en équivalents toxiques de la 2,3,7,8-T₄CDD.

² Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 7a Concentrations des dioxines et des furanes chlorés (pg total) dans les blancs ECSOTE relatifs aux échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001

Dioxines et furanes chlorés - congénères	1999-05-13	1999-06-17	1999-06-25	2000-12-01	2001-01-16
Dioxines chlorées					
2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	ND	1,2	ND	NDR	DNQ
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	1,2	15,1	ND	NDR	DNQ
O ₈ CDD	ND	119,6	1,9	1,8	1,4
Furanes chlorés					
2,3,7,8-T ₄ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	ND	1,8	ND	DNQ	ND
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
O ₈ CDF	1,4	13,0	ND	NDR	ND
Groupes homologues					
Dioxines chlorées					
T ₄ CDD	ND	3,1	ND	ND	ND
P ₅ CDD	ND	ND	ND	ND	ND
H ₆ CDD	ND	1,2	ND	ND	ND
H ₇ CDD	1,2	23,4	ND	ND	ND
O ₈ CDD	ND	119,6	1,9	1,8	1,4
Total dioxines¹	1,2	147,3	1,9	1,8	1,4
Furanes chlorés					
T ₄ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND	ND
H ₇ CDF	ND	7,3	ND	ND	ND
O ₈ CDF	1,4	13,0	ND	ND	ND
Total furanes¹	1,4	20,3	0,0	0,0	0,0
Récupération (%)					
13C-2,3,7,8-T ₄ CDD	89	77	108	58	84
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	81	68	99	77	90
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	92	74	109	83	103
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	95	78	95	69	88
13C-O ₈ CDD	95	69	102	53	70
13C-2,3,7,8-T ₄ CDF	111	84	111	65	86
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDF	65	65	95	61	81
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	90	80	104	72	97
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	96	81	112	79	92
Récupération moyenne	90	75	104	69	88

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 7b Concentrations des dioxines et des furanes chlorés selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001

Dioxines et furanes chlorés - congénères	1999-05-25		1999-06-21		1999-06-28	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE ³	Goulden	ECSOTE
	pg/l		pg/l		pg/l	
Dioxines chlorées						
2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	ND		ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0,09	ND	ND		ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	ND		ND	0,07
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0,17	0,12	ND		ND	0,12
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0,20	0,17	ND		0,13	0,17
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	2,70	2,03	1,13		1,60	1,90
O ₈ CDD	17,00	12,00	6,47		10,10	12,89
Équivalents toxiques¹ dioxines	0,126	0,061	0,018		0,039	0,068
Furanes chlorés						
2,3,7,8-T ₄ CDF	0,18	0,15	ND		ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND		ND	ND
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND		ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	ND	0,07	ND		ND	ND
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	ND	0,05	ND		ND	ND
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	ND	0,07	ND		ND	ND
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	ND		ND	ND
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0,73	0,61	0,25		ND	0,60
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	ND		ND	ND
O ₈ CDF	1,80	1,62	0,91		1,26	1,80
Équivalents toxiques furanes	0,027	0,042	0,003		0,001	0,008
Équivalents toxiques totaux	0,153	0,103	0,021		0,040	0,076
Groupes homologues						
Dioxines chlorées						
T ₄ CDD	0,16	0,15	ND		0,33	ND
P ₅ CDD	0,09	ND	ND		ND	ND
H ₆ CDD	0,37	0,68	ND		0,38	0,72
H ₇ CDD	4,70	3,63	1,82		2,84	3,30
O ₈ CDD	17,00	12,00	6,47		10,10	12,89
Total dioxines	22,32	16,46	8,29		13,65	16,91
Furanes chlorés²						
T ₄ CDF	0,27	0,15	ND		ND	ND
P ₅ CDF	ND	0,26	ND		ND	ND
H ₆ CDF	0,76	0,85	ND		0,34	0,34
H ₇ CDF	1,80	1,50	0,60		ND	1,30
O ₈ CDF	1,80	1,62	0,91		1,26	1,80
Total furanes²	4,63	4,38	1,51		1,60	3,44
13C-2,3,7,8-T ₄ CDD	75	75	65 ^p ; 64 ^d	75	70 ^p ; 62 ^d	82
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	73	67	66 ^p ; 64 ^d	70	62 ^p ; 48 ^d	78
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	79	77	73 ^p ; 70 ^d	80	73 ^p ; 56 ^d	92
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	79	81	75 ^p ; 66 ^d	80	77 ^p ; 58 ^d	64
13C- O ₈ CDD	76	78	66 ^p ; 70 ^d	66	65 ^p ; 42 ^d	66
13C-2,3,7,8-T ₄ CDF	88	99	70 ^p ; 64 ^d	83	78 ^p ; 68 ^d	83
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDF	67	56	62 ^p ; 62 ^d	68	57 ^p ; 42 ^d	115
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	83	71	77 ^p ; 68 ^d	80	73 ^p ; 54 ^d	67
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	87	78	74 ^p ; 66 ^d	81	77 ^p ; 50 ^d	74
Récupération moyenne	79	76	68	76	62	80

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

^p : particulaire ^d : dissous

¹ Concentration exprimée en équivalents toxiques de la 2,3,7,8-T₄CDD.

² Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

³ Données non rapportées; le blanc (17 juin 1999) précédant l'échantillon du 21 juin 1999 montre une contamination inhabituelle en dioxines et en furanes.

Annexe 7b Concentrations des dioxines et des furanes chlorés selon les méthodes Goulden et ECSOTE dans les échantillons d'eau de surface prélevés dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1999 à 2001 (suite)

Dioxines et furanes chlorés - congénères	2000-12-04		2001-01-22	
	Goulden	ECSOTE	Goulden	ECSOTE
	pg/l		pg/l	
Dioxines chlorées				
2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	ND	ND
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	NDR	NDR	ND	ND
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0,06	NDR	ND	ND
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	1,10	1,00	0,63	0,64
O ₈ CDD	6,90	6,7	3,90	3,52
Équivalents toxiques¹ dioxines	0,024	0,017	0,010	0,010
Furanes chlorés				
2,3,7,8-T ₄ CDF	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	DNQ	NDR	ND	0,04
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	DNQ
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0,31	0,32	NDR	0,16
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	ND	ND
O ₈ CDF	0,79	1,00	0,41	0,44
Équivalents toxiques furanes	0,004	0,004	0,000	0,006
Équivalents toxiques totaux	0,028	0,021	0,010	0,016
Groupes homologues				
Dioxines chlorées				
T ₄ CDD	ND	ND	ND	ND
P ₅ CDD	ND	ND	ND	ND
H ₆ CDD	0,06	0,09	ND	0,08
H ₇ CDD	1,90	1,8	1,10	1,00
O ₈ CDD	6,90	6,7	3,90	3,52
Total dioxines²	8,86	8,59	5,00	4,60
Furanes chlorés				
T ₄ CDF	ND	ND	ND	ND
P ₅ CDF	ND	0,23	ND	ND
H ₆ CDF	0,12	0,05	ND	0,16
H ₇ CDF	0,69	0,74	ND	0,16
O ₈ CDF	0,79	1,00	0,41	0,44
Total furanes²	1,60	2,02	0,41	0,76
Récupération (%)				
13C-2,3,7,8-T ₄ CDD	69	67	77	78
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	83	83	85	83
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	90	85	92	93
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	80	73	77	74
13C- O ₈ CDD	73	64	66	68
13C-2,3,7,8-T ₄ CDF	76	74	80	77
13C-1,2,3,7,8-P ₅ CDF	77	69	81	75
13C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	74	71	89	92
13C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	84	80	83	81
Récupération moyenne	78	74	81	80

ND : non détecté DNQ : détecté non quantifié NDR : détecté, mais ne satisfait pas le rapport isotopique

¹ Concentration exprimée en équivalents toxiques de la 2,3,7,8-T₄CDD.

² Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été considérées comme étant nulles (zéro).

Annexe 8 Résultats d'analyses des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes chlorés dans des échantillons d'eau de surface prélevés en duplicata dans des rivières du Québec

Site	Date	Labo	Volume (litre)	Traitement	BPC totaux		Dioxines		Furanes		Dioxines et furanes totaux		Équivalents toxiques 2,3,7,8-TCDD		HAP groupe 1	
					Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2002-05-28	14643	58,35	Filtré <i>in situ</i>	210	0	6,25	19	0,69	3	6,94	17	0,012	18	1 470	34
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2002-05-28	14644	56,35	Filtré <i>in situ</i>	210		5,17		0,67		5,84		0,010		2 080	
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2002-07-23	15906	57,27	Filtré <i>in situ</i>	210	15	17,89	17	2,62	11	20,51	16	0,061	20	4 820	15
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2002-07-23	15907	53,55	Filtré labo	180		15,15		2,34		17,49		0,050		4 140	
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2002-09-17	17246	57,20	Filtré <i>in situ</i>	81	30	4,33	1	0,42	37	4,75	5	0,009	20	1 617	2
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2002-09-17	17247	58,00	Filtré labo	110		4,38		0,61		4,99		0,011		1 650	
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2002-11-19	18476	56,85	Filtré <i>in situ</i>	150	22	6,34	4	0,75	1	7,09	4	0,012	8	4 330	10
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2002-11-19	18477	53,55	Filtré labo	120		6,09		0,74		6,83		0,013		4 773	
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2003-04-22	20556	57,55	Filtré <i>in situ</i>	520	17	17	26	5,29	29	22,29	26	0,453	29	6 160	27
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2003-04-22	20557	53,55	Filtré labo	440		13,15		3,97		17,12		0,337		4 687	
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2003-06-17	21573	56,05	Filtré <i>in situ</i>	330	10	10,04	44	2,27	93	12,31	52	0,042	75	1 989	22
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2003-06-17	21574	56,11	Filtré <i>in situ</i>	300		6,43		0,83		7,26		0,019		2 492	
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2003-08-21	23145	57,85	Filtré <i>in situ</i>	230	16	5,1	37	0,45	7	5,55	35	0,009	20	1 308	1
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2003-08-21	23146	53,55	Filtré labo	270		3,49		0,42		3,91		0,011		1 290	
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2003-10-21	24435	55,85	Filtré <i>in situ</i>	250	4	2,79	15	0,18	32	2,97	16	0,006	18	1 040	0
Donnacona/Rivière Jacques-Cartier	2003-10-21	24436	54,95	Filtré <i>in situ</i>	240		2,4		0,13		2,53		0,005		1 040	
Charny/Rivière Chaudière	2001-07-23	9599	55,75	Filtré <i>in situ</i>	240	67	8,53	20	1,51	17	10,04	19	0,035	6	1 760	16
Charny/Rivière Chaudière	2001-07-23	9598	53,55	Filtré labo	480		10,41		1,79		12,20		0,037		2 060	
Charny/Rivière Chaudière	2001-09-17	10720	56,05	Filtré <i>in situ</i>	240	9	2,22	46	0,22	200	2,44	37	0,009	12	474	17
Charny/Rivière Chaudière	2001-09-17	10719	53,55	Filtré labo	220		3,53		0		3,53		0,008		560	
Charny/Rivière Chaudière	2001-11-26	12009	57,20	Filtré <i>in situ</i>	130	76	4,12	5	1,07	93	5,19	19	0,015	73	1 140	8
Charny/Rivière Chaudière	2001-11-26	12008	53,55	Filtré labo	290		3,91		0,39		4,30		0,007		1 230	
Charny/Rivière Chaudière	2002-05-30	14731	55,18	Filtré <i>in situ</i>	220	17	4,64	5	0,72	6	5,36	5	0,011	10	930	26
Charny/Rivière Chaudière	2002-05-30	14732	53,55	Filtré labo	260		4,42		0,68		5,10		0,010		1 212	
Drummondville/Rivière Saint-François	2002-07-25	16008	57,59	Filtré <i>in situ</i>	300	26	5,95	13	1	6	6,95	12	0,021	55	2 400	11
Drummondville/Rivière Saint-François	2002-07-25	16009	53,55	Filtré labo	390		5,25		0,94		6,19		0,012		2 152	
Drummondville/Rivière Saint-François	2002-09-19	17345	57,05	Filtré <i>in situ</i>	490	6	14,66	7	3,3	16	17,96	9	0,062	58	6 930	0
Drummondville/Rivière Saint-François	2002-09-19	17346	53,55	Filtré labo	460		13,65		2,82		16,47		0,034		6 902	
Drummondville/Rivière Saint-François	2002-11-21	18515	57,55	Filtré <i>in situ</i>	190	0	5,04	1	0,81	4	5,85	1	0,019	24	2 171	0
Drummondville/Rivière Saint-François	2002-11-21	18516	53,55	Filtré labo	190		5,11		0,78		5,89		0,015		2 162	

Annexe 8 Résultats d'analyses des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes chlorés dans des échantillons d'eau de surface prélevés en duplicata dans des rivières du Québec (suite)

Site	Date	Labo	Volume (litre)	Traitement	BPC totaux		Dioxines		Furanes		Dioxines et furanes totaux		Équivalents toxiques 2,3,7,8-TCDD		HAP groupe 1	
					Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)
Drummondville/Rivière Saint-François	2004-05-04	27553	59,79	Filtré <i>in situ</i>	380	25	12,49	28	1,81	7	14,30	23	0,042	23	6 370	4
Drummondville/Rivière Saint-François	2004-05-04	27554	53,55	Filtré labo	490		9,43		1,94		11,37		0,053		6 150	
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2000-10-23	5486	53,55	Filtré labo	250	4	0,48	34	0,06	29	0,54	34	0,001	67	686	33
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2000-10-23	5487	53,55	Filtré labo	240		0,68		0,08		0,76		0,002		953	
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-03-26	7147	53,55	Filtré labo	260	21	0,36	20	0,1	86	0,46	4	0,001	133	548	22
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-03-26	7149	53,55	Filtré labo	210		0,44		0,04		0,48		0,005		439	
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-06-11	8368	57,10	Filtré <i>in situ</i>	140	35	0,44	44	0,05	135	0,49	64	0,001	67	541	2
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-06-11	8367	53,55	Filtré labo	200		0,69		0,26		0,95		0,002		531	
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-07-30	9727	56,30	Filtré <i>in situ</i>	76	76	0,66	128	0,21	76	0,87	120	0,003	171	477	8
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-07-30	9726	53,55	Filtré labo	170		3,03		0,47		3,50		0,039		517	
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-09-19	10792	56,85	Filtré <i>in situ</i>	53	50	0,3	46	0,13	38	0,43	44	0,002	40	268	9
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-09-19	10791	53,55	Filtré labo	88		0,48		0,19		0,67		0,003		292	
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-11-28	12052	56,35	Filtré <i>in situ</i>	54	68	0,63	31	0,09	100	0,72	38	0,001	0	329	32
Montmagny/Rivière de la Perdrix	2001-11-28	12051	53,55	Filtré labo	110		0,46		0,03		0,49		0,001		455	
Montréal/Fleuve Saint-Laurent	2002-12-03	18747	56,35	Filtré <i>in situ</i>	430	7	2,11	0	0,72	18	2,83	4	0,014	0	1 581	8
Montréal/Fleuve Saint-Laurent	2002-12-03	18748	56,35	Filtré <i>in situ</i>	400		2,11		0,6		2,71		0,014		1 720	
Montréal/Fleuve Saint-Laurent	2004-05-06	27612	57,51	Filtré <i>in situ</i>	390	5	1,77	46	0,18	18	1,95	43	0,003	0	1 015	11
Montréal/Fleuve Saint-Laurent	2004-05-06	27613	53,55	Filtré labo	410		1,11		0,15		1,26		0,003		1 134	
Montréal/Fleuve Saint-Laurent	2004-09-01	30506	56,51	Filtré <i>in situ</i>	410	54	0,54	15	0,08	0	0,62	14	0,001	0	472	6
Montréal/Fleuve Saint-Laurent	2004-09-01	30507	53,55	Filtré labo	710		0,63		0,08		0,71		0,001		445	
Montréal/Fleuve Saint-Laurent	2005-01-18	33426	56,90	Filtré <i>in situ</i>	110	17	1,12	9	0,16	27	1,28	4	0,004	29	1 459	17
Montréal/Fleuve Saint-Laurent	2005-01-18	33427	53,55	Filtré labo	130		1,02		0,21		1,23		0,003		1 234	
Nicolet/Rivière Nicolet	2003-06-25	21720	57,15	Filtré <i>in situ</i>	410	78	5,01	41	1,46	124	6,47	56	0,016	37	2 490	46
Nicolet/Rivière Nicolet	2003-06-25	21721	56,15	Filtré <i>in situ</i>	180		3,29		0,34		3,63		0,011		1 567	
Nicolet/Rivière Nicolet	2003-08-25	23195	58,93	Filtré <i>in situ</i>	120	15	1,89	1	0,24	9	2,13	0	0,005	0	562	23
Nicolet/Rivière Nicolet	2003-08-25	23196	53,55	Filtré labo	140		1,9		0,22		2,12		0,005		446	
Nicolet/Rivière Nicolet	2003-10-27	24558	57,83	Filtré <i>in situ</i>	84	50	4,22	6	0,76	1	4,98	5	0,015	31	2 230	4
Nicolet/Rivière Nicolet	2003-10-27	24559	54,65	Filtré <i>in situ</i>	140		4,5		0,75		5,25		0,011		2 310	

Annexe 8 Résultats d'analyses des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes chlorés dans des échantillons d'eau de surface prélevés en duplicata dans des rivières du Québec (suite)

Site	Date	Labo	Volume (litre)	Traitement	BPC totaux		Dioxines		Furanes		Dioxines et furanes totaux		Équivalents toxiques 2,3,7,8-TCDD		HAP groupe 1	
					Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)
Nicolet/Rivière Nicolet	2004-05-10	27656	57,27	Filtré <i>in situ</i>	110	31	1,54	10	0,11	31	1,65	11	0,003	29	330	11
Nicolet/Rivière Nicolet	2004-05-10	27657	53,55	Filtré labo	150		1,7		0,15		1,85		0,004		370	
Québec/Rivière Saint-Charles	2000-10-25	5510	53,55	Filtré labo	350	19	6,14	12	1,08	37	7,22	16	0,020	11	2 324	8
Québec/Rivière Saint-Charles	2000-10-25	5511	53,55	Filtré labo	290		5,42		0,74		6,16		0,018		2 520	
Québec/Rivière Saint-Charles	2001-03-12	7039	53,55	Filtré labo	260	8	6,23	6	1,1	20	7,33	2	0,022	32	4 790	3
Québec/Rivière Saint-Charles	2001-03-12	7041	53,55	Filtré labo	240		6,6		0,9		7,50		0,016		4 940	
Québec/Rivière Saint-Charles	2001-06-04	8094	57,00	Filtré <i>in situ</i>	290	16	17,9	2	3,39	6	21,29	3	0,085	3	5 630	14
Québec/Rivière Saint-Charles	2001-06-04	8095	54,53	Filtré <i>in situ</i>	340	35	18,27	7	3,59	15	21,86	8	0,088	7	4 890	17
Québec/Rivière Saint-Charles	2001-06-04	8093	53,50	Filtré labo	450		16,84		3		19,84		0,081		4 110	
Trois-Rivières/Saint-Maurice	2003-04-24	20611	56,55	Filtré <i>in situ</i>	350	22	4,7	16	2,22	3	6,92	9	0,061	81	11 120	22
Trois-Rivières/Saint-Maurice	2003-04-24	20612	57,65	Filtré <i>in situ</i>	280		4,02		2,29		6,31		0,144		8 940	
Trois-Rivières/Saint-Maurice	2003-06-19	21654	57,04	Filtré <i>in situ</i>	280	35	1,33	23	0,54	67	1,87	4	0,015	50	3 750	10
Trois-Rivières/Saint-Maurice	2003-06-19	21655	53,55	Filtré labo	400		1,67		0,27		1,94		0,009		3 376	
Trois-Rivières/Saint-Maurice	2003-08-19	23082	57,87	Filtré <i>in situ</i>	230	49	0,83	11	0,21	10	1,04	7	0,008	91	1 982	2
Trois-Rivières/Saint-Maurice	2003-08-19	23083	53,55	Filtré <i>in situ</i>	140		0,93		0,19		1,12		0,003		1 950	
Trois-Rivières/Saint-Maurice	2003-10-23	24504	58,21	Filtré <i>in situ</i>	97	21	0,91	117	0,12	29	1,03	112	0,002	127	2 610	31
Trois-Rivières/Saint-Maurice	2003-10-23	24505	53,55	Filtré labo	120		3,48		0,16		3,64		0,009		1 900	
TOUTES LES DONNÉES																
MOYENNE						28		24		38		24		39		14
MÉDIANE						21		15		19		15		26		11
MINIMUM						0		0		0		0		0		0
MAXIMUM						78		128		200		120		171		46
75 ^e percentile						35		33		38		35		57		22
Nombre de données						38		38		38		38		38		38
FILTRÉ <i>in situ</i> -in situ																
MOYENNE						26		17		32		19		39		17
MÉDIANE						16		15		10		9		31		14
MINIMUM						0		0		1		3		0		0
MAXIMUM						78		44		124		56		91		46
75 ^e percentile						49		19		32		17		75		22
Nombre de données						9		9		9		9		9		9

Annexe 8 Résultats d'analyses des BPC, des HAP, des dioxines et des furanes chlorés dans des échantillons d'eau de surface prélevés en duplicata dans des rivières du Québec (suite)

Site	Date	Labo	Volume (litre)	Traitement	BPC totaux		Dioxines		Furanes		Dioxines et furanes totaux		Équivalents toxiques 2,3,7,8-TCDD		HAP groupe 1	
					Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)	Concentration (pg/l)	Écart (%)
FILTRÉ laboratoire-laboratoire																
MOYENNE						13	18		43		14		61		17	
MÉDIANE						13	16		33		10		49		15	
MINIMUM						4	6		20		2		11		3	
MAXIMUM						21	34		86		34		133		33	
75 ^e percentile						19	24		49		20		84		25	
Nombre de données						4	4		4		4		4		4	
FILTRÉ <i>in situ</i> -laboratoire																
MOYENNE						31	27		39		27		35		13	
MÉDIANE						25	17		18		16		23		11	
MINIMUM						0	1		0		0		0		0	
MAXIMUM						76	128		200		120		171		32	
75 ^e percentile						35	37		38		37		50		17	
Nombre de données						25	25		25		25		25		25	